


INSTRUCTION MANUAL
FOR
DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

English

REF **CH-452**
CH-452-AC



English

Français

Русский

Español

한국어


العربية

1401

Contents

- 3 - GENERAL REMARKS
- 5 - PRECAUTIONS FOR USE AND MAINTENANCE
- 8 - IDENTIFICATION OF PARTS
- 10 - LOADING THE BATTERIES
- 11 - REMOVING THE BATTERIES
- 12 - MEASURING YOUR BLOOD PRESSURE
- 17 - TIPS FOR OBTAINING ACCURATE MEASUREMENTS
- 18 - CALLING UP THE DATA STORED IN MEMORY
- 20 - KEY TO DISPLAY ICONS
- 21 - ABOUT "BLOOD PRESSURE"
- 22 - BLOOD PRESSURE Q&A
- 23 - BEFORE REQUESTING REPAIRS OR TESTING
- 24 - SPECIFICATIONS
- 25 - USING AC ADAPTER (OPTION)

Ensure that you have all the following components



Blood pressure
monitor unit



Cuff
(model: SCN-003)



(for monitor)
4 AA-size
batteries



Instruction
Manual

[OPTION]

- Large Cuff (model: SCL-005) for CH-452, CH-452-AC
- AC Adapter (model: AC-230CZ) only for CH-452-AC

GENERAL REMARKS

General remarks on blood pressure and blood pressure measurement

1. To deflate the cuff quickly, press the "START/STOP" switch.
2. Before applying your blood pressure cuff, be sure you have selected the appropriate size cuff.
Cuff (model: SCN-003) fits arm circumference: 22-32cm
[OPTION]
Large Cuff (model: SCL-005) fits arm circumference: 32-42cm
3. When attaching the cuff, adjust the position of the cuff so that the blue marker is located in the center of your arm and the hem of the cuff is 1-2 cm for Cuff / 2-3 cm for Large Cuff above your elbow.
4. The monitor is not intended to be a diagnostic device, because it is intended for home use.
5. Self measurement is not therapy! In no event should you change the dosage of your medication prescribed by your physician.
6. As preparation for measuring your blood pressure, you should urinate and then remain relatively still for 10 to 15 minutes prior to measurement.
7. Exercising, eating, drinking, smoking, etc., prior to measurement may affect the results.
8. Your blood pressure varies constantly throughout the day. Measurements should be taken regularly at the same time each day.
9. DO NOT place too much emphasis on the results of one measurement. Keep a continuing record of your blood pressure variations. A complete picture can only be obtained from a large number of readings.
10. Emotional stress tends to cause your blood pressure to rise.

To obtain correct blood pressure measurements


1. Take five or six deep breaths and then relax before measuring your blood pressure. If you are tense when taking the measurement, you will not get a valid reading.
2. Your blood pressure will be elevated if you are anxious or irritated, suffering from lack of sleep or constipation, or have just taken some exercise or eaten a meal.
3. Wrap the cuff around your arm and tighten it so that one finger can be inserted between the cuff and arm. ( See page 12, 13)
4. DO NOT measure your blood pressure after bathing or drinking.
5. If you feel the need to urinate, do so before measuring your blood pressure.
6. Measure your blood pressure where the room temperature is around 20°C. DO NOT measure your blood pressure when it is too cold (below 10°C) or too hot (above 40°C) in the room.

English

- Eng 3 -

GENERAL REMARKS

7. DO NOT try to measure your blood pressure immediately after drinking coffee or tea or after smoking.
8. Measure your blood pressure when you are relaxed and still. Keep the center of the cuff at the level of your heart and DO NOT move your arm or talk.
9. DO NOT measure blood pressure when the cuff has been on your arm for a few minutes or more. During this time, your arm will have built up a higher blood pressure and you will not get valid reading.
10. The figure below shows the blood pressure classifications under the WHO standards.



Remarks:

The graph is not exact, but may be used as a guide in understanding non-invasive blood pressure measurements. The device is only intended for use by adults.

Definitions and Classifications of Blood Pressure Levels

11. Intended Use
 - This device is noninvasive blood pressure monitor by oscillometric method. This device can measure the systolic blood pressure (SYS), the diastolic blood pressure (DIA) and the pulse rate automatically.
 - This device is intended to be used for checking personal health condition at home under the direction of a physician and is not intended to be a diagnostic device.
 - This device is not intended for use with neonates or infant, and not intended for automatic cycling measurement.

Measure your blood pressure at the same time each day.

- * Your blood pressure changes all the time. This means that data gathered over a long period has far more significance than data from just one measurement. For this reason, you must measure your blood pressure on a daily basis. Ideally, you should measure your blood pressure at the same time each day, wherever possible.

PRECAUTIONS FOR USE AND MAINTENANCE

Precautions for use

1. If you suffer from heart disease, high blood pressure or other circulatory disease, consult your physician before using the monitor.
2. If the cuff pressure feels abnormal or you experience any other irregularity while using the cuff, reduce the pressure immediately by pressing the "START/STOP" switch, detach the cuff or unplug the air hose connector from the monitor and then consult the sales outlet where you purchased the monitor.
3. If you think the measurement is abnormal or if measurement makes you feel unwell, discontinue use and consult your physician.
4. Blood pressure measurement may not be possible for anyone with a weak pulse or arrhythmia.
5. Repeated blood pressure measurement may cause problems such as congestion or swelling in some people.
6. Frequently repeated blood pressure measurements will not give accurate results. Allow an interval of about 1 minute between measurements.
7. If you suffer from a severe problem with blood circulation in your arms, consult your physician before using the monitor. Failure to do so could be hazardous to your health.
8. Measurement may not be possible for anyone with insufficient blood flow to the area where measurements will be taken or who suffers from a frequent irregular heartbeat. Consult your physician for advice on whether to use the monitor.
9. DO NOT wrap the cuff around an injured arm.
10. DO NOT wrap the cuff around an arm in which a drip (intravenous infusion) is inserted, or which is being used for blood transfusion as part of medical treatment. Doing so could result in an injury or a serious accident.
11. DO NOT use the monitor in the vicinity of flammable gases such as those used for anaesthesia. Doing so could ignite the gases and cause an explosion.
12. DO NOT use the monitor in enriched oxygen environments such as a hospital's hyperbaric chamber or oxygen tent. Doing so could ignite the oxygen and cause a fire.
13. DO NOT use mobile phones near the monitor as this could result in a malfunction.
14. If you use a cardiac pacemaker, consult your physician before using the monitor.
15. Be sure to use this unit only for measuring blood pressure. DO NOT use it for any other purpose.
16. Be sure to use only our authorized parts and accessories. Parts and accessories not approved for use with the device may damage the unit.
17. DO NOT use this unit on infants.

- Eng 5 -

PRECAUTIONS FOR USE AND MAINTENANCE

18. Blood pressure measurement may not be possible for anyone with common arrhythmias such as atrial or ventricular premature beats or atrial fibrillation.

Maintenance Precautions

- DO NOT store the blood pressure monitor in locations exposed to direct sunlight, high temperatures (over 60°C), low temperatures (below -20°C), high relative humidity (over 95%) or excessive amounts of dust. Make sure to store the blood pressure monitor, where children, pets and or pests are not there.
- DO NOT drop the blood pressure monitor or subject it to other shocks or vibration.
- Remove the batteries if the monitor will be left unused for a long period.
- DO NOT attempt to disassemble the monitor.
- DO NOT bend the cuff or the air hose excessively.
- If the monitor is very dirty, wipe it clean with a cloth moistened with sterilizing alcohol or a neutral detergent. Then wipe it with a dry cloth.
- NEVER clean the blood pressure monitor with thinners or benzene, as this could damage the monitor.
- To clean the cuff, wipe it with a moist cloth. Avoid hard rubbing, as this will cause air leakages. Take care also not to get water into the air hose.



Warning

No modification of this device is allowed.

Symbols Explanation

- CE₀₀₈₆ : The CE marking is meant to provide information to market inspectors in the EU member countries.
- : Type BF applied part
- : Keep dry
- : Warning
- : Refer to instruction manual before use
- : Appliance compliance WEEE directive
- : Accumulators and battery packs for separate collection
- : Manufacturer



Warning

The device has been tested and homologated in accordance with EN60601-1-2 for EMC. This does not guarantee in any way that the device will not be affected by electromagnetic interference. Avoid using the device in high electromagnetic environment.

PRECAUTIONS FOR USE AND MAINTENANCE

Nature and frequency of maintenance:

This product is designed for use over an extended period of time; however, it is generally recommended that it be inspected every two years to ensure proper function and performance.

Protect the nature environment:

Please help to protect natural environment by respecting national and/or local recycling regulations when disposing of the battery and the product at the end of their useful live.

WEEE MARK

If you want to dispose this product, do not mix with general household waste. There is a separate collection systems for used electronics products in accordance with legislation under the WEEE Directive (Directive 2002/96/EC) and is effective only within European Union.

Information for Users on Collection and Disposal of used Batteries.

The symbol in this information sheet means that used batteries should not be mixed with general household waste.

For proper treatment, recovery and recycling of used batteries, please take them to applicable collection points.

For more information about collection and recycling of batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union.

This symbol is only valid in the European Union.

If you wish to discard used batteries, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Note for the battery symbol.

The symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with the requirement set by the Directive for the chemical involved.

Reference European standard:

The blood pressure measuring device corresponds to regulation EN60601-1, EN1060-1, EN1060-3, EN1060-4.

Calibration:

The blood pressure measuring device is generally recommended to have the monitor inspected every two years to ensure correct functioning and accuracy. Please contact a distributor.



Name : CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.
Address : 6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi,
Tokyo 188-8511, Japan

European Representative:

Name : WvV elektronische Geräte Vertrieb GmbH
Address : Fintelmannstraße 20/Eingang, Martin-Heydert-Straße,
D-14109 Berlin, Germany

• For technical data, please contact our European Representative

CE 0086



English

IDENTIFICATION OF PARTS

Component names

<Main Unit>


English



- Eng 8 -

IDENTIFICATION OF PARTS

<Cuff>



English


LOADING THE BATTERIES

(Batteries supplied with the unit should be loaded in compartment before you use the blood pressure monitor.)

English

1 Open the cover of battery compartment.

Pressing the hook down, pull the cover toward you to open.



* If the Blood pressure monitor is left unused for an extended period of time, the batteries should be removed from the compartment.


2 Place batteries in the compartment.

Put the batteries paying attention to the positive and negative terminal symbols $\oplus$ and $\ominus$.

LOADING THE BATTERIES

3 Close the battery cover.

Fitting the lugs of the cover at the mating recesses of the battery compartment body, push the hook to close the cover.



Fit the lugs (projections) at the recesses.

English

REMOVING THE BATTERIES

- When the icon  is displayed or nothing appears in the display, replace the old batteries with four new ones. All four batteries should be changed at once.
- The memory is erased if the batteries are removed for replacement. It is recommended to make note of the data stored in memory prior to changing batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not use alkaline (LR6) and manganese (R6P) batteries together.
- Batteries included are for demonstration purposes only. Battery life may be shorter than specified.
- When disposing of used batteries, comply with governmental regulations or environmental public institution's rules that apply in your country/area.

MEASURING YOUR BLOOD PRESSURE

1 ATTACHING THE CUFF

Before applying your blood pressure cuff, be sure you have selected the appropriate size cuff:

Cuff (model: SCN-003) fits arm circumference: 22-32 cm

[OPTION]


Large Cuff (model: SCL-005) fits arm circumference: 32-42 cm

English


- 1 Unroll the cuff and thread the end through the metal hoop so that the side with the hook-and-loop fastener is on the outside.



- 2 Put the cuff around your arm so that the blue marker comes to the palm side.




- 3 Adjust the position of the cuff so that the blue marker is located in the center of your arm and the hem of the cuff is 1-2 cm for Cuff / 2-3 cm for Large Cuff above your elbow.




- * The cuff should be put on the bare arm or over a light-weight underwear.
- * If you wear a heavy-weight top, please remove it.

MEASURING YOUR BLOOD PRESSURE

- 4** Pull the end of the cuff outwards so that the cuff is snug around your arm and then secure the end to the hook-and-loop fastener.



- 5** Place your arm on a table or the like, so that the center of the cuff comes to the height of your heart.



* Carefully place the cuff on your arm, taking care to use the correct tightness. The tightness is correct if you can readily slide a finger between the cuff and your arm.




- 6** Relax your arm and lightly open your hand, with the palm upward.

English

MEASURING YOUR BLOOD PRESSURE

2 Plug the air hose connector into the main unit.

- Plug the air hose connector firmly into the air hose socket on the main unit, as illustrated.



3 Place the cuff at the height of the heart.

4 Press the START/STOP switch (the blue switch).

* If the pressurization value exceeds 280 mmHg, if pressurization feels abnormal, or if you want to stop the measurement process, press the START/STOP switch again. The cuff deflates, and the power turns off.

- ① All digits on the display blink for approximately one second.
- All digits displayed is an initial display, indicating that the monitor is functioning normal. The **BP** mark will also be displayed but this does not indicate that the battery needs to be replaced.
- ② ♥ is displayed for approximately one second.
- ③ The cuff is pressurized automatically.



MEASURING YOUR BLOOD PRESSURE

- ④ ♥ is displayed soon after pressurization is complete, and measurement begins automatically.
* If the unit judges that pressurization is insufficient, it automatically repressurizes.



- ⑤ ♥ blinks each time a pulse is detected, and the pressure value is displayed on the diastolic blood pressure display.




- ⑥ Once measurement is complete, the cuff deflates and the measurement results (systolic/diastolic blood pressure values, pulse) are displayed.
* Systolic/diastolic blood pressure values (two seconds) and pulse (one second) are displayed alternately.
* Provided there is no error in the measurement results, they are stored automatically.



English

5 Finishing measurement.



START/STOP Switch

- Press the "START/STOP" switch to turn the monitor off.
- * When you want to stop measurement, press the "START/STOP" switch. The cuff is deflated and measurement stops.

MEASURING YOUR BLOOD PRESSURE

[Manual pressurization]

- If your systolic blood pressure is expected to exceed 200 mmHg, use Manual Pressurization when taking a measurement.
- Keep "START/STOP" switch held pressed until the pressure value you want to stop pressurization is reached (approximately 40 mmHg higher than the Systolic blood pressure). You can stop pressurization by the unit by releasing the switch at the aforementioned value is reached. The upper pressure limit is 280 mmHg.




AUTOMATIC POWER OFF FEATURE

- After taking the blood pressure measurement, pressing the "START/STOP" switch will turn the monitor off. However, if you do not press the switch, the monitor's Auto OFF function will automatically turn the monitor off after 3 minutes.

TIPS FOR OBTAINING ACCURATE MEASUREMENTS

Your blood pressure varies according to your posture, the time of day and a range of other factors. Ideally, you should measure your blood pressure in the same posture at the same time every day.


■ Taking measurements while sitting



- ① Place your arm on a table or similar surface with your forearm extended.
- ② It is important to have the cuff level with your heart.
- ③ Open your hand slightly on the table so that your palm is facing up and your fingers are relaxed.
- ④ Do not move your body or talk while taking the measurement.

English

■ Measurement in a reclining posture




* Relax yourself to avoid placing pressure on the cuff.

- ① Lie down, facing the ceiling.
- ② Lightly open your hand with palm up and straighten your arm.
- ③ Relax your body, arm and fingers.
- ④ Do not move your body or talk during measurement.

■ You may use your right arm to measure your blood pressure.


Blood pressure value is likely to differ by as much as 10 mmHg when measured on the right arm instead of the left (or vice-versa). Measure your blood pressure on the same arm each day.

CALLING UP THE DATA STORED IN MEMORY




- 90 measurement results can be stored in the memory.
- Except for the case where the unit is engaged in measurement, press "MEMORY" switch to call up the values (measurement results) stored in memory to the display.
- * To erase all the data, remove the batteries. All the stored data is erased.

HOW TO CALL UP THE DATA



- Press the "MEMORY" switch.



- "3A" indicating the average value appears on the left section of the display. Then, the average value, based on the last three measurements, is displayed. ("3A" and the average value do not appear if there are two or fewer measurements stored in memory.)
- Press the "MEMORY" switch again. This recalls and displays first the memory number and then the last set of data stored.

CALLING UP THE DATA STORED IN MEMORY

1



120 77



2



130 80

- Press the “MEMORY” switch again. This recalls and displays the second last set of data stored. Each time you press this switch, the unit displays the data prior to the last set of data displayed.

- The value stored in memory is numbered in the order of measurements. For example, when 90 sets of data are stored in memory, the data number 1 represents the latest data.

Data number: 1, 2, 3, 89, 90

↑
The latest
data

↑
The earliest
data

- * You can fast-forward the data numbers in display by pressing and holding the “MEMORY” switch.

English

KEY TO DISPLAY ICONS



English

Icon displayed		Condition/Cause	
	Displayed during measurement.	Lit	Measurement is under way.
		Blinking	Pulse detected.
	Displayed during measurement.	"PUL Err" is displayed when the pulse value is below 40 or above 181.	


If any of the following marks is displayed, take the specified action, then repeat the operation.

Icon displayed	Condition/Cause	Corrective action
 	Appears when the blood-pressure could not be measured accurately.	Apply cuff properly and measure again.
	The pressure is 281 mmHg or higher.	If the pressure does not automatically decline during measurement, immediately press the "START/STOP" switch and turn the unit off. Take the measurement again.
	Appears when the batteries are running low.	Replace the batteries.
	Detected problem in the device.	Contact the vendor.

ABOUT “BLOOD PRESSURE”

What is blood pressure?

The heart is a pump that circulates blood throughout your body. Blood is pumped from the heart at a constant pressure into arteries. This pressure is called the arterial blood pressure and represents, in general terms, your blood pressure. Blood pressure is indicated by several kinds of pressures, including the systolic pressure that occurs when the heart pumps blood, and the diastolic pressure that occurs when blood returns to the heart.




English

Your blood pressure changes all the time.

Your blood pressure differs according to your age, gender and a range of other factors. It is likely to be affected by your biorhythm during the day and by your posture, physical activities, mental activities, level of stress and even by the air temperature. The blood pressure of a healthy person generally varies within a day.

[Example of blood pressure variations within a day]



(Blood pressure values measured at five-minute intervals through the day)

● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36:329-44.

- Eng 21 -

BLOOD PRESSURE Q&A

- Q** Why is the blood pressure measured at home different from that measured by the physician or at a hospital?
- A** Your blood pressure may vary due to exercise, the ambient temperature or your mental state. When you have a physician or nurse measure your blood pressure, the pressure value is likely to be 10 to 20 mmHg higher than usual due to anxiety and/or stress. Knowing what affects your blood pressure helps you to better monitor your health.
- Q** Why does the blood pressure obtained vary with measurement?
- A** Our blood pressure is adjusted by automatic nerve function. Blood pressure differs with every heart beat. We are likely to think that our blood pressure is constant, but it varies if you take measurements in repetition. Blood pressure is susceptible to the time of day, such as morning and afternoon, season and atmospheric temperature. In addition, blood pressure is easily affected by mental stress or emotional ups and downs. It tends to increase when you feel tension or decrease when you are relaxed.
- Q** What is the benefit of measuring my blood pressure at home?
- A** Blood pressure measurements taken at home give reliable data as they can be taken when you are in a stable and relaxed condition. Physicians place considerable importance on blood pressure measurements taken at home. You should measure your blood pressure at the same time each day and record the variations in your blood pressure.



Always consult your physician for an interpretation of your blood pressure readings and to determine the proper treatment.

BEFORE REQUESTING REPAIRS OR TESTING

Make sure to check the following before sending your blood pressure monitor away to be tested or repaired.

Problem	Checks	Response
Display stays blank when you press the "START/STOP" switch.	Check whether the batteries are dead.	Replace all the batteries with new ones.
	Check whether the batteries are installed the right way round (⊕ and ⊖ oriented correctly).	Load the batteries in the correct direction.
No measurements can be taken.	Check whether the measurement icon ♥ is displayed.	Attach the cuff properly.
	Check whether the cuff is attached correctly.	
	Did you stay calm during measurement?	Measure your blood pressure again, making sure to remain still.
	Note that blood pressure measurement may not be possible for someone with an extremely weak pulse or cardiac arrhythmia (irregular pulse).	
Your blood pressure readings are abnormally high or low compared with those taken in hospital.	 See page 22.	
Other phenomena	Remove the batteries from the unit and change them with new ones.	

English

SPECIFICATIONS

Model Number:		CH-452, CH-452-AC	
Measurement system:		Oscillometric method	
Measurement Localization		Upper Arm	
Cuff:		Soft cuff	
Arm circumference range:		22.0 to 32.0 cm	
Measurement range:	Pressure	0 to 280 mmHg	
	Pulse	40 to 180 pulse/min	
Accuracy:	Pressure	±3 mmHg	
	Pulse	±5% of reading	
LCD displays:	Pressure	3 digits	
	Pulse	3 digits	
	Icons	♥: Measurement icon,  : Battery icon	
Switch:		2 (START/STOP, MEMORY)	
Inflation:		Automatic inflation by internal pump	
Deflation:		Automatic speed deflation system.	
Rated voltage:		6 V DC --- 3 W (--- : direct current)	
Exhaust:		Electromagnetic quick exhaust valve	
Power supply:		4 AA batteries (R6P, LR6)	
Battery duration:	Alkaline	Approx. 1000 times	(170 mmHg, once/day, 23°C)
	Manganese	Approx. 300 times	
Automatic Power Off function:		Approx. 3 min. (after activated)	
Dimensions:		130 (W) x 53 (H) x 118 (D) mm	
Weight:		Approx. 240 g w/o batteries cuff: approx. 130 g	
Operating conditions:	Temperature	10°C to 40°C	
	Humidity	30% to 85% RH	
Storage conditions:	Temperature	-20°C to 60°C	
	Humidity	10% to 95% RH	
Electric shock protection:		Internal power unit	
Degree of Protection		 Type BF applied part	
Mode of operation:		Continuous operation	
Protection against ingress of water:		IPX0	
Service Life:		5 years	
Cuff's Life:		Approx. 2000 times	
Accessories		Set includes a cuff, 4 AA batteries (R6P) for the monitor, Instruction Manual.	
Optional Accessories:		Large Cuff 32.0 – 42.0 cm, AC Adapter for CH-452-AC	

* Applied part for this device is Cuff.

* A range in barometric pressure 105 kPa to 70 kPa

* A range in altitude -300 m to 3000 m

* Overall system accuracy of this device is met with the requirement of item 7.9 of EN1060-3.
EN1060-3 : Non-invasive sphygmomanometers Part 3 (European Standard)

USING AC ADAPTER (OPTION)


Using the optional dedicated AC adapter (model:AC-230CZ) for the CITIZEN blood pressure monitor (CH-452-AC) allows you to measure your blood pressure without having to worry about the amount of remaining charge in the batteries.)



Warning

The CH-452-AC and AC-230CZ should be used indoors in dry location.

- 1 Insert the AC adapter plug into the socket on the blood pressure monitor.**



- 2 Plug the AC adapter into a mains power outlet.**

- If you plan to use the AC adapter for an extended period of time, remove the batteries. If the batteries are left in the compartment, electrolyte may leak from the batteries and cause a fault in the blood pressure monitor.
- When only batteries are used to supply power to the monitor, the AC adapter should be unplugged from the monitor. Leaving the AC adapter plugged into the blood pressure monitor could cause a malfunction.
- Plug the AC adaptor into the socket, where you can easily plug off soon and safely in times of trouble.

The dedicated AC adapter (model:AC-230CZ) for the CH-452-AC is optional. The AC adapter is available from retailers stocking CITIZEN digital blood pressure monitors.

Appendix for CH-452

The use of accessories and cables other than those specified (other than CITIZEN original parts) may result in increased emissions or decreased immunity of the unit.

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions		
The device (CITIZEN Blood Pressure Monitor CH-452) is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.		
Emissions test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The device uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	The device is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	N/A	
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	N/A	

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity			
The device (CITIZEN Blood Pressure Monitor CH-452) is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contact	±6 kV contact	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
	±8 kV air	±8 kV air	
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±2 kV for power supply lines ±1 kV for input/output lines	N/A	N/A
Surge IEC 61000-4-5	±1 kV line to line ±2 kV line to earth	N/A	N/A
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply IEC 61000-4-11	<5 % U_T (>95% dip in U_T) for 0.5 cycle	N/A	N/A
	40% U_T (60% dip in U_T) for 5 cycles		
	70% U_T (30% dip in U_T) for 25 cycle		
	<5% U_T (95% dip in U_T) for 5 sec.		
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.

Note: U_T is the A.C. mains voltage prior to application of the test level.

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity

The device (CITIZEN Blood Pressure Monitor CH-452) is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.

Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz	N/A	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the device, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance N/A
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz	3 V/m	$d = 1.2 \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = 2.3 \sqrt{P}$ 800 MHz to 2.5 GHz where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, ^(a) should be less than the compliance level in each frequency range. ^(b) Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: 

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

- a). Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/ cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the device is used exceeds the applicable RF compliance level above, the device should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the device.
- b). Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the device (CITIZEN Blood Pressure Monitor CH-452)

The device is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the device can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the device as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output power of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m		
	150 kHz to 80 MHz N/A	80 MHz to 800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0.01	N/A	0.12	0.23
0.1	N/A	0.38	0.73
1	N/A	1.2	2.3
10	N/A	3.8	7.3
100	N/A	12	23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Appendix for CH-452-AC

The use of accessories and cables other than those specified (other than CITIZEN original parts) may result in increased emissions or decreased immunity of the unit.

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions		
The device (CITIZEN Blood Pressure Monitor CH-452-AC) is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.		
Emissions test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The device uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	The device is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Complies	

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity			
The device (CITIZEN Blood Pressure Monitor CH-452-AC) is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contact	±6 kV contact	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
	±8 kV air	±8 kV air	
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±2 kV for power supply lines ±1 kV for input/output lines	±2 kV for power supply lines ±1 kV for input/output lines	Mains power quality should be that of a typical commercial and/or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	±1 kV line to line ±2 kV line to earth	±1 kV line to line ±2 kV line to earth	Mains power quality should be that of a typical commercial and/or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply IEC 61000-4-11	<5 % U_T (>95% dip in U_T) for 0.5 cycle	<5 % U_T (>95% dip in U_T) for 0.5 cycle	Mains power quality should be that of a typical commercial and/or hospital environment. If the user of the device requires continued operation during power mains interruption, it is recommended that the device be powered from an uninterruptible power supply.
	40% U_T (60% dip in U_T) for 5 cycles	40% U_T (60% dip in U_T) for 5 cycles	
	70% U_T (30% dip in U_T) for 25 cycle	70% U_T (30% dip in U_T) for 25 cycles	
	<5% U_T (95% dip in U_T) for 5 sec.	<5% U_T (95% dip in U_T) for 5 sec.	
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.

Note: U_T is the A.C. mains voltage prior to application of the test level.

- Eng 28 -

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity

The device (CITIZEN Blood Pressure Monitor CH-452-AC) is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.

Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz	3 Vrms	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the device, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance $d = 1.2 \cdot \sqrt{P}$
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz	3 V/m	$d = 1.2 \cdot \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = 2.3 \cdot \sqrt{P}$ 800 MHz to 2.5 GHz where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, ^(a) should be less than the compliance level in each frequency range. ^(b) Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: 

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

- a). Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/ cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the device is used exceeds the applicable RF compliance level above, the device should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the device.
- b). Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the device (CITIZEN Blood Pressure Monitor CH-452-AC)

The device is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the device can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the device as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output power of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1.2 \cdot \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1.2 \cdot \sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = 2.3 \cdot \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

- CITIZEN is a registered trade mark of Citizen Holdings Co., Japan
CITIZEN es una marca registrada de Citizen Holdings Co., Japón.
CITIZEN является зарегистрированным товарным знаком
CITIZEN Holdings Co., Japan.
CITIZEN es una marca registrada de Citizen Holdings Co., Japón.
CITIZEN은 씨티즌 홀딩스주식회사의 등록상표입니다.
CITIZEN علامة تجارية مسجلة لشركة ، اليابان.
• Design and Specification are subject to change without notice.

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-Shi,

Tokyo 188-8511, Japan


E-mail: sales-oe@systems.citizen.co.jp

<http://www.citizen-systems.co.jp/>

MANUEL D'UTILISATION
POUR
L'AUTO-TENSIOMÈTRE NUMÉRIQUE

REF **CH-452**
CH-452-AC

Français




Français

1401

Table des matières

- 3 - GÉNÉRALITÉS
- 5 - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET ENTRETIEN
- 8 - NOMES DES PIÈCES ET LEUR EMPLACEMENT
- 10 - MISE EN PLACE DES PILES
- 11 - RETRAIT DES PILES
- 12 - MESURE DE LA TENSION
- 17 - ASTUCES POUR OBTENIR DES MESURES DE PRÉCISION
- 18 - RAPPEL DES DONNÉES MÉMORISÉES
- 20 - ICÔNES D'AFFICHAGE
- 21 - À PROPOS DE LA «TENSION ARTÉRIELLE»
- 22 - QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA TENSION
- 23 - AVANT DE SOLLICITER UNE RÉPARATION OU DES TESTS
- 24 - SPÉCIFICATIONS
- 25 - UTILISATION DE L'ADAPTATEUR SECTEUR (EN OPTION)

Vérifiez que toutes les pièces suivantes sont fournies



Auto-tensiomètre



Brassard
(modèle: SCN-003)



(pour l'appareil)
4 piles AA



Manuel
d'utilisation

[OPTION]

- Grand brassard (modèle: SCL-005) pour CH-452, CH-452-AC
- Adaptateur secteur (modèle: AC-230CZ) seulement pour le CH-452-AC

GÉNÉRALITÉS

Remarques générales sur la tension et sur la mesure de la tension

1. Pour dégonfler le brassard rapidement, appuyez sur le bouton «START/STOP».
2. Avant de fixer le brassard de tension artérielle, assurez-vous de sélectionner la taille correcte de brassard.
Brassard (modèle: SCN-003) s'adapte à la circonférence du bras: 22-32 cm
[OPTION]
Grand brassard (modèle: SCL-005) s'adapte à la circonférence du bras: 32-42 cm
3. Lors de la fixation du brassard, ajustez la position du brassard de façon que le repère bleu soit situé au centre de votre bras et que le bord du brassard soit à 1-2 cm pour la brassard ordinaire/2-3 cm pour le grand brassard au dessous de votre coude.
4. Le moniteur n'est pas conçu pour servir d'appareil de diagnostic, car il est destiné à un usage privé.
5. L'auto-mesure de la tension n'est pas une thérapie ! Vous ne devez en aucun cas modifier la dose des médicaments prescrits par votre médecin.
6. En préparation de la mesure de la tension, il est recommandé d'uriner, puis de rester relativement immobile pendant 10 à 15 minutes avant de réaliser la mesure.
7. Tout exercice, toute consommation d'aliments ou de boisson, ou toute cigarette fumée avant la mesure risque d'influencer les résultats.
8. Votre tension varie en permanence au cours de la journée. La mesure doit être réalisée régulièrement et chaque jour à la même heure.
9. N'accordez PAS trop d'importance aux résultats d'une seule mesure. Consignez les écarts de tension. Un aperçu complet ne peut être obtenu qu'à partir d'un grand nombre de lectures.
10. Un état de tension émotionnelle a tendance à provoquer une augmentation de la tension.

Français


Pour obtenir une mesure correcte de la tension

1. Respirez profondément cinq à six fois puis détendez-vous avant de mesurer votre tension. Si vous êtes tendu en réalisant cette mesure, la valeur obtenue ne sera pas valide.
2. La tension est élevée lorsque vous êtes dans un état d'inquiétude ou d'irritation, si vous manquez de sommeil ou si vous êtes constipé, ou encore après une activité physique ou un repas.
3. Enroulez le brassard autour de votre bras et serrez-le de sorte que vous puissiez y passer un doigt. (Voir page 12, 13)
4. NE mesurez PAS votre tension après un bain ou après toute consommation de liquide.
5. Si vous sentez le besoin d'uriner, faites-le avant de mesurer votre tension.
6. Mesurez votre tension dans une pièce où la température est de 20°C environ. NE mesurez PAS votre tension lorsque la température ambiante est trop basse (inférieure à 10°C) ou trop élevée (supérieure à 40°C).
7. N'essayez PAS de mesurer votre tension immédiatement après avoir consommé du thé ou du café ou après avoir fumé.
8. Mesurez votre tension lorsque vous êtes détendu et immobile. Maintenez le centre du brassard au niveau de votre cœur, et NE bougez PAS votre bras ou ne parlez pas.

- Fre 3 -

GÉNÉRALITÉS

9. Ne mesurez PAS la tension une fois que le brassard est en place depuis quelques minutes, car votre bras aura accumulé une tension plus élevée, et la mesure ainsi obtenue sera incorrecte.
10. L'illustration ci-dessous présente la classification de la tension en fonction des normes de l'OMS.



Remarques :

Le graphique n'est pas exact, mais il peut aider à comprendre les mesures non invasives de la tension artérielle. L'appareil est destiné à être utilisé sur une population adulte uniquement.

Définition et classification des niveaux de tension

11. Utilisation prévue
 - Ce dispositif est moniteur de pression artérielle non effractif par méthode oscillométrique. Ce dispositif permet de mesurer la pression artérielle systolique (SYS), la pression artérielle diastolique (DIA) et la fréquence du pouls automatiquement.
 - Ce dispositif est destiné à être utilisé pour vérifier un état de santé personnel à la maison, sous la direction d'un médecin et n'est pas destiné à être un dispositif de diagnostic.
 - Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé avec un nouveau-né ou un nourrisson, et ni à la mesure automatique de cycles.

Mesurez votre tension chaque jour à la même heure.

- * Votre tension change en permanence. Cela signifie que les données recueillies sur une longue période ont une plus grande signification que celles issues d'une seule mesure. Il est donc nécessaire de mesurer votre tension quotidiennement. Dans l'idéal, vous devriez mesurer votre tension chaque jour à la même heure si possible.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET ENTRETIEN

Précautions d'emploi

1. Si vous souffrez d'une maladie cardiaque, si vous faites de l'hypertension ou si vous souffrez de toute autre maladie de la circulation, veuillez consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil.
2. Si, pendant une prise de mesure, vous ressentez une pression anormale au niveau du brassard, ou si vous constatez une quelconque irrégularité, réduisez la pression en appuyant sur le bouton "START/STOP", détachez le brassard ou débranchez le connecteur du tuyau d'air. Prenez ensuite contact avec le point de vente où vous avez acheté l'appareil.
3. Si vous pensez que la mesure est anormale ou si le fait de mesurer votre tension provoque chez vous un malaise, arrêtez la mesure et consultez votre médecin.
4. La mesure de la tension peut s'avérer impossible pour une personne ayant un pouls faible ou souffrant d'arythmie.
5. En cas de mesures répétées de la tension, une congestion, un gonflement, etc. peut se produire chez certaines personnes.
6. En cas de mesures répétées de la tension, aucun résultat précis ne sera obtenu. Un intervalle de 1 minutes entre deux mesures doit être respecté.
7. Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil si vous souffrez d'un trouble grave de la circulation sanguine dans les bras. Vous risqueriez autrement de mettre votre santé en danger.
8. La mesure peut ne pas être possible pour une personne ayant un flux sanguin insuffisant dans la zone de mesure ou des battements de cœur irréguliers. Consultez votre médecin pour obtenir son avis sur l'utilisation de cet appareil.
9. NE placez PAS le brassard autour d'un bras blessé.
10. NE placez PAS le brassard sur un bras dans lequel une perfusion a été insérée (injection intraveineuse) ou s'il est utilisé pour une transfusion sanguine dans le cadre d'un traitement médical. Le non respect de cette consigne risque de provoquer une blessure ou un accident grave.
11. N'utilisez PAS cet appareil à proximité de gaz inflammables comme les gaz anesthésiants en raison du risque d'incendie et d'explosion.
12. N'utilisez PAS cet appareil dans des environnements enrichis en oxygène comme la chambre hyperbare d'un hôpital ou une tente à oxygène en raison des risques d'incendie.
13. N'utilisez PAS de téléphone portable à proximité de cet appareil sous peine de provoquer un dysfonctionnement.
14. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
15. N'utilisez cet appareil que pour mesurer la tension. NE l'utilisez PAS à d'autres fins.
16. Veillez à n'utiliser que nos pièces et accessoires autorisés. Les pièces et accessoires dont l'utilisation n'est pas approuvée avec l'appareil peuvent endommager ce dernier.
17. N'utilisez PAS cet appareil sur un nourrisson.
18. La mesure de la tension artérielle peut s'avérer impossible pour des personnes souffrant d'arythmies courantes comme une extrasystole atriale ou ventriculaire, ou une fibrillation atriale.

Français

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET ENTRETIEN

Précautions d'entretien

1. NE conservez PAS le tensiomètre dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à des températures élevées (supérieures à 60°C), à des températures basses (inférieures à -20°C), à un taux d'humidité relativement élevé (supérieure à 95%) ou dans un endroit poussiéreux.
Assurez-vous de ranger l'auto-tensiomètre hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
2. NE le faites PAS tomber et ne le soumettez à aucune force ni vibration.
3. Retirez les piles pendant les périodes d'inutilisation prolongée.
4. NE démontez PAS l'appareil.
5. NE pliez PAS le brassard ni le tuyau d'air de façon excessive.
6. Lorsque le tensiomètre est très sale, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'alcool stérilisé ou d'un détergeant neutre, puis essuyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
7. Ne nettoyez JAMAIS le tensiomètre avec du diluant ou du benzène sous peine de le détériorer.
8. Nettoyez le brassard avec un linge humide. Évitez de frotter trop fort sous peine de provoquer des fuites d'air. Prenez également soin de ne pas laisser d'eau s'infiltrer dans le tuyau d'air.

Français



Avertissement

Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

Explication des symboles



: Le marquage CE est destiné à fournir des informations aux inspecteurs de marché dans les pays membres de l'UE.



: Partie appliquée de type BF



: Garder au sec



: Avertissement



: Voir la notice technique avant utilisation



: Directive WEEE sur la conformité des équipements électriques



: Les accumulateurs et les piles font l'objet d'une collecte séparée.



: Fabricant



Avertissement

Cet appareil a été testé et homologué conformément à la norme EN60601-1-2 sur la compatibilité électromagnétique. Ceci ne constitue en aucun cas une garantie que cet appareil ne sera pas affecté par des interférences électromagnétiques. Évitez d'utiliser cet appareil dans un environnement hautement électromagnétique.

Nature et fréquence de l'entretien:

Cet appareil a été conçu pour une utilisation pendant une période prolongée ; il est toutefois généralement recommandé de l'inspecter tous les deux ans afin de vérifier son fonctionnement et ses performances.

Protection de l'environnement:

Merci d'aider à protéger l'environnement en respectant les réglementations nationales et/ou locales de recyclage lorsque vous mettez au rebut la pile et le produit en fin de vie.

- Fre 6 -

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET ENTRETIEN

MARQUAGE WEEE

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de récupération distinct pour les vieux appareils électroniques conformément à la législation WEEE sur le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques (Directive 2002/96/EC) qui est uniquement valable dans les pays de l'Union européenne.

Les appareils et les machines électriques et électroniques contiennent souvent des matières dangereuses pour l'homme et l'environnement si vous les utilisez et vous vous en débarrassez de façon inappropriée.



Informations pour les utilisateurs sur la collecte des piles usées.

Le symbole sur cette feuille d'information signifie que les piles usées ne doivent pas être mélangées avec les déchets domestiques ordinaires.

Pour un traitement, une récupération ou un recyclage correct des piles usées, veuillez les amener aux point de collecte prévus à cet effet.

Pour en savoir plus sur la collecte et le recyclage des piles, veuillez contacter votre municipalité locale, votre service d'évacuation des déchets ou l'endroit où vous les avez achetées.

Informations sur la mise au rebut dans les autres pays en dehors de l'Union Européenne.

Ce symbole est valide uniquement dans l'Union Européenne.

Si vous souhaitez mettre au rebut les piles usées, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour la méthode de mise au rebut correcte.

Remarque sur le symbole des piles.

Le symbole peut être utilisé en combinaison avec un symbole chimique. Dans ce cas, il est conforme avec les prescriptions mise en place par les directives de prise en charge des produits chimiques.

Norme de référence européenne:

Le dispositif de mesure de la pression artérielle correspond à la réglementation EN60601-1, EN1060-1, EN1060-3, EN1060-4.

Calibrage:

Il est généralement recommandé d'inspecter l'appareil de mesure de la pression artérielle tous les deux ans afin de vérifier son bon fonctionnement et sa précision. Veuillez contacter un distributeur.



Nom : CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

Adresse : 6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi,
Tokyo 188-8511, Japan

Représentant en Europe:

Nom : WvW elektronische Geräte Vertrieb GmbH

Adresse : Fintelmannstraße 20/Eingang, Martin-Heydert-Straße,
D-14109 Berlin, Germany

• Pour les données techniques, veuillez contacter notre représentant en Europe.




Français

- Fre 7 -


NOMES DES PIÈCES ET LEUR EMPLACEMENT

Noms des pièces

<Unité principale>




Français



- Fre 8 -

NOMES DES PIÈCES ET LEUR EMPLACEMENT

<Brassard>



Français

- Fre 9 -


MISE EN PLACE DES PILES

(Les piles fournies avec l'unité doivent être chargées dans le compartiment avant l'utilisation du sphymomanomètre.)

1 Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.

En appuyant sur le crochet vers le bas, tirez le couvercle vers vous pour ouvrir.

Français



* Fixez les taquets de couvercle au niveau des niches du compartiment à piles et poussez le crochet pour fermer le couvercle.


2 Placez les piles dans le compartiment.

Placez-les piles en respectant le sens des polarités $\oplus/\ominus$.

MISE EN PLACE DES PILES

3 Fermez le couvercle du compartiment à piles.

Si vous n'utilisez pas le sphygmomanomètre pendant une longue période, il est nécessaire de sortir les piles du compartiment.



Fixez les taquets (projections) au niveau des alvéoles.

Français

RETRAIT DES PILES

- Lorsque l'icône **BT** apparaît ou lorsque l'écran est vierge, remplacez les piles usagées par quatre nouvelles piles. Il est important de changer les piles simultanément.
- La mémoire est effacée si les piles sont retirées en vue d'être remplacées. Nous vous conseillons de noter les données qui sont enregistrées dans la mémoire avant de changer les piles.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- N'utilisez pas des piles alcalines (LR6) et manganèses (R6P) ensemble.
- Les piles fournies le sont uniquement dans un but de démonstration. La durée de vie des piles peut être plus courte que la durée indiquée.
- Lorsque vous jetez des piles usagées, veuillez vous plier aux règlements nationaux ou aux règles en matière d'environnement en vigueur dans votre pays ou votre région.

MESURE DE LA TENSION

1 FIXATION DU BRASSARD.

Avant de fixer le brassard de tension artérielle, assurez-vous de sélectionner la taille correcte de brassard.


Brassard (modèle: SCN-003) s'adapte à la circonférence du bras: 22-32 cm
[OPTION]

Grand brassard (modèle: SCL-005) s'adapte à la circonférence du bras: 32-42 cm


- 1 Déroulez le brassard et faites passer l'extrémité par le crochet métallique de sorte que le côté portant la bande velcro soit tourné vers l'extérieur.



- 2 Mettez le brassard autour de votre bras de sorte que Repère bleu se trouve du côté de votre paume.



- 3 Ajustez la position du brassard de façon que le repère bleu soit situé au centre de votre bras et que le bord du brassard soit à 1-2 cm pour la brassard ordinaire/2-3 cm pour le grand brassard au dessous de votre coude.




* Le brassard doit être placé directement sur le bras nu, mais il peut également être utilisé par dessus la manche d'un vêtement léger.


* Si vous portez un haut épais, retirez-le.

MESURE DE LA TENSION

- 4** Tirez sur l'extrémité du brassard afin de l'ajuster autour du bras, puis attachez l'extrémité à l'aide de la bande velcro.



- 5** Placez votre bras sur une table ou similaire de manière à ce que le centre du brassard soit au niveau de votre cœur.



- 6** Détendez votre bras et ouvrez légèrement la paume de la main vers le haut.

* Positionnez le brassard avec précaution en veillant à serrer correctement. Vous avez serré correctement si vous pouvez facilement glisser un doigt entre le brassard et votre bras.




Français

MESURE DE LA TENSION

2 Branchez le connecteur du tuyau d'air dans l'unité principale.

- Branchez fermement le connecteur du tuyau d'air dans le branchement du tuyau d'air sur l'unité principale comme illustré.



Français

3 Placez le brassard à la hauteur de votre coeur.

4 Appuyez sur le bouton «START/STOP» (bouton bleu).

* Si la valeur de la pression est supérieure à 280 mmHg, si elle semble anormale ou si vous souhaitez interrompre la procédure de mesure, appuyez une nouvelle fois sur le bouton «START/STOP». Le brassard se dégonfle et l'alimentation s'éteint.

① Tous les chiffres de l'affichage clignotent pendant environ une seconde.

- Tous les chiffres affichés représentent l'affichage initial et indiquent que l'appareil fonctionne normalement. La marque **BP** est aussi affichée mais cela ne signifie pas que la pile doit être remplacée.



② ♥ est affiché pendant environ une seconde.



③ Le brassard est mis sous pression automatiquement.



MESURE DE LA TENSION

- ④ ♥ est affiché juste après que le brassard est complètement sous pression et la mesure démarre automatiquement.

* Si l'appareil juge que la pression est insuffisante, il refait automatiquement la mise sous pression.

155 ♥



- ⑤ ♥ clignote à chaque pouls, et la valeur de la pression est affichée sur l'écran de la tension artérielle diastolique.



135



- ⑥ Une fois que la mesure est terminée, le brassard se dégonfle et les résultats de la mesure (tension systolique/diastolique, pouls) sont affichés.

* Les valeurs de la tension systolique/diastolique (deux secondes) et le pouls (une seconde) sont affichés tour à tour.

* Ces valeurs sont automatiquement enregistrées sous réserve que les résultats de la mesure ne présentent aucune erreur.


125 79



PUL 67

Français

5 Arrêter la mesure.



Bouton START/STOP

- Appuyez sur le bouton «START/STOP» pour éteindre l'appareil.

* Lorsque vous souhaitez arrêter la mesure, appuyez sur le bouton «START/STOP». L'air du brassard est rejeté au moment de l'arrêt de la mesure.

MESURE DE LA TENSION

Français

[Mise sous pression manuelle]

- Si votre pression artérielle systolique dépasse habituellement 200 mmHg, utilisez la mise sous pression manuelle pour faire une mesure.
- Maintenez enfoncé le bouton «START/STOP» jusqu'à ce que la valeur de pression à laquelle vous souhaitez arrêter la mise sous pression soit atteinte (environ 40 mmHg plus haut que la pression artérielle systolique). Vous pouvez arrêter la mise sous pression de l'appareil en relâchant le bouton une fois que la valeur mentionnée ci-dessus est atteinte. La limite supérieure de pression est de 280 mmHg.




FONCTION DE MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

- Une fois la tension artérielle mesurée, appuyez sur le bouton «START/STOP» pour éteindre l'appareil. Même si vous n'appuyez pas sur le bouton, la fonction d'extinction auto éteindra automatiquement l'appareil au bout de 3 minutes.

ASTUCES POUR OBTENIR DES MESURES DE PRECISION

Votre tension varie en fonction de votre posture, l'heure de la journée et une variété d'autres facteurs. Dans l'idéal, vous devriez mesurer votre tension dans la même posture chaque jour à la même heure.

■ Prendre la mesure en position assise



- ① Placez le bras sur une table ou sur une surface semblable avec l'avant-bras étiré.
- ② Il est important de positionner le brassard au niveau de votre cœur.
- ③ Ouvrez légèrement la main sur la table de sorte que votre paume soit vers le haut et que vos doigts soient détendus.
- ④ Ne bougez pas le corps et ne parlez pas pendant la mesure.

Français

■ Mesure en position allongée




* Détendez-vous et n'appuyez.

- ① Allongez-vous, le visage orienté vers le plafond.
- ② Ouvrez légèrement la main, paume orientée vers le haut, puis allongez le bras.
- ③ Détendez-vous le corps, le bras et les doigts.
- ④ Ne bougez pas le corps et ne parlez pas pendant la mesure.

■ Vous pouvez utiliser votre bras droit pour mesurer votre tension artérielle comme indiqué ci-dessus.

La tension artérielle peut différer de 10 mmHg lorsqu'elle est mesurée sur le bras droit au lieu de la gauche (ou vice versa). Mesurez votre tension sur le même bras chaque jour.


RAPPEL DES DONNÉES MÉMORISÉES



- 90 résultats de mesures peuvent être mémorisés.
- Sauf dans le cas où l'appareil est en cours de mesure, vous pouvez appuyer sur le bouton «MEMORY» pour rappeler sur l'affichage les valeurs (résultats des mesures) mémorisées.
- * Pour effacer toutes les données, retirez les piles. Toutes les données mémorisées seront effacées.

Français

COMMENT RAPPELER LES DONNÉES



- Appuyez sur le bouton «MEMORY».



- «3A» qui indique la valeur moyenne apparaît dans la section gauche de l'affichage. Puis, la valeur moyenne basée sur les trois dernières mesures est affichée. («3A» et la valeur moyenne n'apparaissent pas s'il n'y a que deux mesures ou moins en mémoire.)
- Appuyez de nouveau sur le bouton «MEMORY». Cela permet d'appeler et d'afficher d'abord le numéro de mémoire puis le dernier jeu de données mémorisées.

RAPPEL DES DONNÉES MÉMORISÉES

1



120 77



2



130 80

- Appuyez de nouveau sur le bouton «MEMORY». Cela permet d'appeler et d'afficher l'avant-dernier jeu de données mémorisées. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, l'appareil affiche le jeu de données précédant le jeu de données affiché.

- Les valeurs mémorisées sont numérotées dans l'ordre des mesures. Par exemple quand 90 jeux de données sont mémorisés, les données avec le numéro 1 représentent les données les plus récentes.

Numéro de données: 1, 2, 3, 89, 90

↑
Données les
plus récentes

↑
Données les
plus anciennes

- * Vous pouvez faire défiler rapidement les numéros de données sur l'affichage en maintenant enfoncé le bouton «MEMORY».

Français

ICÔNES D’AFFICHAGE



Français

Icône affichée		Condition/Cause	
	S’affiche pendant la mesure.	Allumé	La mesure est en cours.
		Clignotant	Pouls détecté.
	S’affiche pendant la mesure.	«PUL Err» s’affiche lorsque la valeur du pouls est inférieure à 40 ou supérieure à 181.	


Si l'un des signes suivants s'affichent, prenez les mesures nécessaires, puis recommencez l'opération.

Icône affichée	Condition/Cause	Action corrective
 	Apparaît lorsque la mesure de la tension artérielle n’a pu s’effectuer correctement.	Repositionnez correctement le brassard et mesurez à nouveau votre tension artérielle.
	La pression est 281 mmHg ou supérieure.	Si la pression ne diminue pas automatiquement pendant la mesure, appuyez immédiatement sur le bouton «START/STOP» et éteignez l'appareil. Prendre une nouvelle mesure.
	Apparaît lorsque les piles s'affaiblissent.	Remplacez les piles.
	Problème technique.	Contactez votre revendeur.

À PROPOS DE LA «TENSION ARTÉRIELLE»

Qu'est-ce que la tension artérielle ?

Le cœur est une pompe qui assure la circulation du sang dans le corps. Le sang est pompé à partir du cœur à pression constante en direction des artères. Cette pression est appelée tension artérielle et représente, en général, votre tension. La tension est indiquée par divers types de pression comme : la pression systolique qui se produit lorsque le cœur pompe le sang, et la pression diastolique qui se produit lorsque le sang retourne vers le cœur.




Français

Votre tension change en permanence.

La tension varie en fonction de l'âge, du sexe et d'une variété d'autres facteurs. La tension d'une personne est susceptible d'être influencée par le biorhythme d'une journée, par la position, par l'activité physique, par l'activité mentale, par le niveau de stress et par la température de l'air. La tension artérielle d'une personne en bonne santé varie généralement au cours d'une journée.

[Exemple de variations de tension artérielle sur une journée]



(Valeurs de la tension artérielle mesurées à des intervalles de cinq minutes sur une journée)

● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36:329-44.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA TENSION

Q Pourquoi est-ce que la tension mesurée à la maison est différente de celle mesurée dans le cabinet d'un médecin ou à l'hôpital ?

A Votre tension est susceptible de varier en fonction de l'exercice, de la température ambiante ou de votre état psychologique. Lorsqu'un médecin ou une infirmière prennent votre tension, la valeur de tension est probablement supérieure de 10 à 20 mmHg à la valeur habituelle en raison de votre anxiété et/ou stress. Connaître ce qui influence votre tension vous aidera à mieux surveiller votre santé.

Q Pourquoi la tension artérielle obtenue varie-t-elle à chaque mesure ?

A Notre tension artérielle est réglée par la fonction d'un nerf automatique. La tension artérielle change à chaque battement de cœur. Nous pouvons penser que notre tension artérielle est constante mais elle change si vous prenez plusieurs mesures. La tension artérielle est sensible au moment de la journée, comme par exemple le matin et l'après-midi, la saison et la température atmosphérique. De plus, la tension artérielle est facilement influencée par le stress mental et les émotions. Elle a tendance à augmenter lorsque vous vous sentez tendu et à baisser lorsque vous êtes détendu.

Q Quel est l'avantage de mesurer ma tension à domicile ?

A La tension mesurée à domicile offre des données fiables dans la mesure où elle peut être réalisée dans un état stable et détendu. Les médecins accordent une grande importance aux mesures de tension réalisées à domicile. Vous devriez mesurer votre tension chaque jour à la même heure et consigner les écarts de tension.



Consultez toujours votre médecin pour l'interprétation de vos mesures de tension et pour déterminer le traitement adapté.

AVANT DE SOLLICITER UNE RÉPARATION OU DES TESTS

Vérifiez les éléments ci-dessous avant de faire tester ou réparer votre appareil.

Problème	Vérifications	Réponse
L'affichage ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton «START/STOP».	Vérifiez si les piles sont épuisées.	Remplacez toutes les piles par des piles neuves.
	Vérifiez si les piles sont installées correctement (polarités $\oplus$ et $\ominus$ respectées).	Installez les piles dans le bon sens.
Aucune mesure ne peut être prise.	Vérifiez si l'icône ♥ s'affiche.	Mettez le brassard correctement en place.
	Vérifiez si le brassard est correctement placé.	
	Etes-vous resté calme pendant la mesure ?	Mesurez à nouveau votre tension en veillant à rester calme.
	Remarquez qu'une mesure de tension peut être impossible pour quelqu'un dont le pouls est extrêmement faible ou pour une personne souffrant d'arythmie cardiaque (pulsations irrégulières).	
Vos mesures de tension sont anormalement élevées ou basses par rapport à celles prises à l'hôpital.	 Voir page 22.	
Autres symptômes	Retirez les piles de l'unité et remplacez les par des nouvelles.	

Français

SPÉCIFICATIONS

Numéro du modèle:		CH-452, CH-452-AC	
Système de mesure:		Méthode oscillométrique	
Emplacement de la mesure		Partie supérieure du bras	
Brassard:		Brassard souple	
Plage de circonférence du bras:		22,0 à 32,0 cm	
Plage de mesure:	Pression	0 à 280 mmHg	
	Pouls	40 à 180 pulsation/min.	
Précision:	Pression	±3 mmHg	
	Pouls	±5% de la lecture	
Écrans LCD:	Pression	3 chiffres	
	Pouls	3 chiffres	
	Icônes	♥: Icône de mesure en cours,  : Témoin de la pile	
Bouton:		2 (START/STOP, MEMORY)	
Gonflement:		Gonflement automatique par pompe interne	
Dégonflement:		Système de dégonflement automatique commandé	
Tension nominale:		CC 6 V --- 3 W (--- : Courant direct)	
Échappement d'air:		Valve électromagnétique d'évacuation rapide	
Alimentation:		4 piles AA (R6P, LR6)	
Durée des piles:	Alcaline	Env. 1000 utilisations	(170 mmHg, une fois par jour, 23°C)
	Manganèse	Env. 300 utilisations	
Fonction de mise hors tension automatique:		Env. 3 min (après avoir été activé)	
Dimensions:		130 (L) x 53 (H) x 118 (P) mm	
Poids:		Env. 240 g piles exclure Brassard: Env. 130 g	
Conditions d'utilisation:	Température	10°C à 40°C	
	Humidité	30% à 85% RH	
Conditions de stockage:	Température	-20°C à 60°C	
	Humidité	10% à 95% RH	
Protection contre les chocs électriques:		Unité d'alimentation interne	
Niveau de protection		 Partie appliquée de type BF	
Mode de fonctionnement		Fonctionnement continu	
Protection contre l'entrée d'eau		IPX0	
Durée de vie:		5 ans	
Durée de vie du brassard:		Environ 2000 fois	
Accessoires		Ensemble composé d'un brassard, 4 piles AA pour l'appareil (R6P) et mode d'emploi.	
Accessoires en option:		Grand brassard 32,0 – 42,0 cm, adaptateur secteur pour le CH-452-AC	

* Le brassard est la partie appliquée de ce dispositif.

* Plage de pression barométrique: 105 kPa à 70 kPa

* Plage d'altitude: -300 m à 3000 m

* La précision globale du système de ce dispositif es compatible avec l'exigence de l'article 7.9 de EN1060-3. EN1060-3 : Tensiomètres non invasifs Partie 3 (Norme européenne)

- Fre 24 -

UTILISATION DE L'ADAPTATEUR SECTEUR (EN OPTION)


L'utilisation de l'adaptateur secteur en option (modèle : AC-230CZ), conçu pour le tensiomètre CITIZEN (CH-452-AC), vous permet de mesurer votre tension sans avoir à vous préoccuper de l'usure des piles.



Avertissement

Le CH-452-AC et le AC-230CZ doivent être utilisés à l'intérieur dans un endroit sec.

1 Insérez la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise sur le tensiomètre.



2 Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'adaptateur secteur pendant une période prolongée, retirez les piles. Si vous laissez les piles dans leur logement, une fuite de l'électrolyte des piles risque de provoquer un dysfonctionnement du tensiomètre.
- Si vous utilisez uniquement les piles pour alimenter l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur de l'appareil. Laisser l'adaptateur secteur branché sur le tensiomètre risque de provoquer un dysfonctionnement.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale, dans un endroit où vous pouvez facilement débrancher la fiche en cas de problème.

L'adaptateur secteur (modèle AC-230CZ), conçu pour le CH-452-AC, est fourni en option.

Vous pouvez vous le procurer chez les revendeurs de tensiomètres CITIZEN.

- CITIZEN is a registered trade mark of Citizen Holdings Co., Japan
CITIZEN es una marca registrada de Citizen Holdings Co., Japón.
CITIZEN является зарегистрированным товарным знаком
CITIZEN Holdings Co., Japan.
CITIZEN es una marca registrada de Citizen Holdings Co., Japón.
CITIZEN은 씨티즌 홀딩스주식회사의 등록상표입니다.
CITIZEN علامة تجارية مسجلة لشركة ، اليابان، Citizen Holdings Co.
- Design and Specification are subject to change without notice.

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.


6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-Shi,
Tokyo 188-8511, Japan

E-mail: sales-oe@systems.citizen.co.jp

<http://www.citizen-systems.co.jp/>

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прибор для измерения артериального давления и
частоты пульса цифровой

REF **CH-452**
CH-452-AC



Русский

Русский




1401

Содержание

- 3 - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- 5 - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ
- 8 - НАЗВАНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ
- 10 - УСТАНОВКА БАТАРЕЕК
- 11 - ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕЕК
- 12 - ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
- 17 - СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАМЕРОВ
- 18 - ВЫЗОВ ДАННЫХ, СОХРАНЕННЫХ В ПАМЯТИ
- 20 - ОПИСАНИЕ ЗНАЧКОВ, ОТОБРАЖАЕМЫХ НА ДИСПЛЕЕ
- 21 - АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
- 22 - ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
- 23 - ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЗАТЬСЯ ЗА РЕМОНТОМ ИЛИ ПРОВЕРКОЙ
- 24 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 25 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТЕРА ДЛЯ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (ОПЦИЯ)

Русский

Убедитесь в наличии всех компонентов, перечисленных ниже



Аппарат монитора
кровяного давления



Манжета
(модель:
SCN-003)



(для
монитора)
4 батареи
размера AA



Инструкция
по
эксплуатации

[опция]

- Большая манжета (модель: SCL-005) для CH-452, CH-452-AC
- Адаптер переменного тока (модель: AC-230CZ) только для CH-452-AC

- Рuc 2 -

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения об артериальном давлении и его измерении

1. Чтобы быстро выпустить воздух из манжеты, нажмите кнопку "START/STOP".
2. Перед использованием манжеты для измерения давления, убедитесь, что вы правильно выбрали размер манжеты:
Манжета (модель: SCN-003) подходит для руки с обхватом: 22-32 см [опция]
Большая манжета (модель: SCL-005) подходит для руки с обхватом: 32-42 см
3. При фиксации манжеты установите ее на руку так, чтобы синяя метка располагалась по центру вашей руки, а край манжеты находился на расстоянии 1-2 см для стандартной манжеты или 2-3 см для большой манжеты выше локтя.
4. Данный прибор предназначен не для использования в качестве диагностического устройства, а для домашнего применения.
5. Самостоятельное измерение давления не заменяет лечения! Изменение дозировки лекарств следует производить только по указанию врача.
6. Перед измерением артериального давления следует опорожнить мочевой пузырь и спокойно посидеть 10-15 минут.
7. Физические упражнения, прием пищи, напитков, курение и другие факторы могут отразиться на результатах измерения.
8. В течение дня артериальное давление постоянно меняется. Измерения следует производить ежедневно в одно и то же время.
9. НЕ преувеличивайте значение результатов единичного измерения. Записывайте изменения артериального давления. Полную картину может дать только большое количество собранных данных.
10. Эмоциональное потрясение может вызвать повышение артериального давления.

Как правильно измерять артериальное давление


1. Перед измерением давления сделайте 5-6 глубоких вдохов и выдохов и расслабьтесь. Если вы напряжены во время измерения, результат будет неправильным.
2. Артериальное давление может подняться, если вы чем-то обеспокоены, раздражены, не выспались, страдаете запором, а также после приема пищи и выполнения физических упражнений.
3. Оберните манжету вокруг руки и затяните так, чтобы между манжетой и рукой помещался один палец. (👉 См. стр. 12, 13)
4. НЕ следует измерять артериальное давление после приема ванны и употребления спиртных напитков.
5. Если вы ощущаете потребность сходить в туалет, это следует сделать до измерения давления.
6. Измерять давление рекомендуется в помещении при температуре около 20°C. НЕ измеряйте давление при слишком низкой (ниже 10°C) и высокой (выше 40°C) температуре в помещении.
7. НЕ измеряйте артериальное давление после употребления кофе, чая или курения.
8. Измеряйте артериальное давление в расслабленном, спокойном состоянии. Центр манжеты должен находиться на уровне сердца. НЕ двигайте рукой и НЕ разговаривайте.

- Рuc 3 -

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

9. НЕ следует измерять артериальное давление спустя несколько минут после надевания манжеты, так как давление в руке повысится, и результаты измерения будут неправильными.
10. На следующем рисунке показана классификация артериального давления согласно стандартам ВОЗ.

СИСТОЛИЧЕСКОЕ
(mmHg)



Примечания:

График не является точным, но может использоваться в качестве ориентира для понимания результатов неинвазивного измерения артериального давления. Прибор предназначен для взрослых пользователей.

Русский

Определение и классификация уровней артериального давления

11. Предполагаемое использование
 - Данное устройство предназначено для неинвазивного измерения кровяного давления осциллометрическим способом. Устройство может автоматически измерять систолическое давление крови (SYS), диастолическое давление крови (DIA) и частоту пульса.
 - Устройство предназначено для проверки состояния здоровья в домашних условиях и не является диагностическим приспособлением.
 - Устройство не предназначено для использования на новорожденных или младенцах и не может использоваться для автоматического измерения циклов.

Рекомендуется регулярно измерять артериальное давление в одно и то же время.

- * Артериальное давление постоянно меняется. Это означает, что данные, собранные за продолжительный период времени, имеют большую значимость, чем единичное измерение. Поэтому следует измерять артериальное давление ежедневно. В идеале, рекомендуется измерять артериальное давление в одно и то же время каждый день.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ

Меры предосторожности при использовании

1. Если вы страдаете заболеваниями сердца, гипертонией или другими сосудистыми заболеваниями, сначала проконсультируйтесь со своим врачом.
2. Если вы почувствуете аномальное давление в манжете или какие-либо другие ненормальности во время использования манжеты, немедленно уменьшите давление путем нажатия кнопки "START/STOP", снимите манжету с руки или отсоедините соединитель воздушного шланга от прибора, а затем обратитесь за консультацией по месту покупки прибора.
3. Если вы полагаете, что полученные значения измерений являются ненормальными или при измерении вы чувствуете себя плохо, обратитесь к своему врачу.
4. Измерение артериального давления у людей со слабым пульсом или аритмией может оказаться невозможным.
5. Многократное измерение давления у некоторых людей может привести к таким проблемам, как закупорка сосудов и опухание.
6. При повторных часто выполняемых измерениях артериального давления могут быть получены неправильные результаты. Перед повторным измерением следует подождать не менее 1 минут.
7. Проконсультируйтесь со своим врачом перед использованием прибора, если вы страдаете серьезными нарушениями кровообращения в области рук. Невыполнение этого требования может представлять опасность для здоровья.
8. Измерение артериального давления при недостаточном кровотоке в области выполнения измерения или при частом либо нерегулярном сердцебиении может оказаться невозможным. Проконсультируйтесь со своим врачом.
9. НЕ надевайте манжету на запястье под капельницей (во время выполнения внутривенной инфузии) или при переливании крови.
10. Несоблюдение этого правила может привести к травме или другим тяжелым последствиям.
11. НЕ пользуйтесь прибором в помещениях с горючими газами, такими как анестезирующие газы, поскольку существует опасность возгорания и взрыва.
12. НЕ пользуйтесь прибором в помещениях с повышенным содержанием кислорода, таких как барокамера или кислородная палатка, поскольку существует опасность возгорания и взрыва.
13. НЕ пользуйтесь мобильным телефоном около прибора. Это может привести к неправильной работе прибора.
14. Лицам, использующим кардиостимуляторы, следует предварительно проконсультироваться с врачом.
15. Этот прибор должен использоваться только для измерения артериального давления. НЕ используйте его для других целей.
16. Обязательно используйте только разрешенные детали и принадлежности. Детали и принадлежности, не одобренные для использования с данным устройством, могут привести к повреждению прибора.
17. НЕ используйте данный прибор для измерения давления у младенцев.
18. Измерение артериального давления может быть невозможным для людей с общими аритмиями, такими как артериальная или желудочковая экстрасистолия или мерцательная аритмия.

- Рис 5 -

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ

Меры предосторожности при обслуживании

1. Прибор для измерения артериального давления следует оберегать от воздействия прямого солнечного света, высокой температуры (выше 60°C), низкой температуры (ниже -20°C), высокой относительной влажности. Храните устройство для измерения кровяного давления в недоступном для детей, животных и насекомых месте.
2. Оберегайте прибор от вибрации и других ударов и толчков, не роняйте его.
3. Вытаскивайте батарейки, если прибор не используется в течение продолжительного периода времени.
4. НЕ разбирайте прибор.
5. НЕ сгибайте манжету и воздушный шланг слишком сильно.
6. При сильном загрязнении прибора протрите его салфеткой, смоченной медицинским спиртом или нейтральным моющим средством. Затем насухо вытрите прибор сухой материей.
7. НИКОГДА не используйте для очистки прибора разбавитель или бензин, поскольку эти вещества могут повредить его.
8. Для очистки манжеты протирайте ее влажной тканью. Не трите манжету сильно, поскольку это может стать причиной утечки воздуха. Следите за тем, чтобы вода не попала в шланг.



Предупреждение

Модификации данного устройства недопустимы.

Объяснение символов



: Маркировка CE свидетельствует о соответствии устройства основным требованиям директив ЕС.



: Рабочая часть типа BF



: Хранить в сухом месте



: Внимание



: Перед использованием сверьтесь с руководством



: Аккумуляторы и батареи, подлежащие сбору в отдельном порядке



: Производитель



Предупреждение

Устройство было протестировано и ратифицировано в соответствии со стандартом EN60601-1-2 для ЭМС. Это никоим образом не гарантирует неподверженность устройства электромагнитным помехам. Избегайте использования устройства в среде электромагнитного излучения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ

Характер и частота обслуживания:

Этот прибор предназначен для длительного использования, однако, рекомендуется осуществлять проверку его работоспособности каждые два года.

Защита окружающей среды:

Оказывайте содействие в защите окружающей среды, соблюдая государственные законы и/или местные правила при утилизации батарейки и изделия по окончании их срока службы.

Информация для пользователей относительно сбора и утилизации использованных батарей.

Данный символ на информационном листе означает, что использованные батареи не должны смешиваться с обычными бытовыми отходами.

Для обеспечения надлежащего обращения, восстановления и переработки, сдавайте их в соответствующие пункты сбора.

Для получения подробной информации о сборе и переработке батарей, обратитесь в местный орган управления, службу утилизации отходов или торговую точку, где были приобретены данные компоненты.



Информация относительно утилизации в других странах за пределами Европейского Союза.

Данный символ действителен только в Европейском Союзе.

Если вам необходимо утилизировать использованные батареи, обратитесь в местные органы власти или к продавцу, и спросите о правильном способе утилизации.

Примечание относительно символа батарей.

Данный символ может использоваться в сочетании с символом химического вещества. В этом случае к нему применяется требование, предусмотренное директивой относительно данного химического вещества.

Европейский стандарт:

Данный аппарат для измерения кровяного давления соответствует стандарту EN60601-1, EN1060-1, EN1060-3, EN1060-4.

Градуировка:

Монитор аппарата для измерения кровяного давления рекомендуется проверять каждые два года, чтобы быть уверенным в правильности его работы и точности показаний. Обратитесь к дистрибьютору.



Наименование : CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.
Адрес : 6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi,
Tokyo 188-8511, Japan

Представительство в Европе:

Наименование : WvW elektronische Geräte Vertrieb GmbH
Адрес : Fintelmannstraße 20/Eingang,
Martin-Heydert-Straße,
D-14109 Berlin, Germany

- Для получения информации о технических данных обратитесь к европейскому представителю компании.




Русский

НАЗВАНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ

Названия частей


<Основной аппарат>



- Рuc 8 -

НАЗВАНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ

<Манжета>



Русский


- Рuc 9 -

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

(Перед использованием сфигмоманометра необходимо установить в батарейный отсек батарейки, поставляемые с прибором).

1 Откройте крышку батарейного отсека.

Чтобы открыть отсек, нажмите на язычок и потяните крышку на себя.




2 Установите батарейки в отсек.

Установите батарейки в отсек, обратите внимание на полярность: символы $\oplus$ и $\ominus$.

3 Закройте крышку батарейного отсека.

Вставив выступы крышки в соответствующие пазы корпуса батарейного отсека, нажмите на язычок, чтобы закрыть крышку.



Вставьте выступы в пазы.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕЕК

- При отображении символа **BT**, или в случае отсутствия изображений на дисплее, замените старые батареи четырьмя новыми. Все четыре батареи следует заменять одновременно.
- При замене батарей память очищается. Рекомендуется записывать данные, сохраняемые в памяти, перед заменой батарей.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не используйте одновременно сухие щелочные (LR6) и марганцевые батарейки (R6P).
- Прилагаемые батареи предназначены только для демонстрационных целей. Срок службы батарей может быть короче указанного.
- При утилизации использованных батарей соблюдайте государственные нормы или стандарты общественных институтов по охране окружающей среды, действующие в вашей стране/вашем регионе.

ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

1 ПОДСОЕДИНЕНИЕ МАНЖЕТЫ.

Перед использованием манжеты для измерения давления, убедитесь, что вы правильно выбрали размер манжеты:

Манжета (модель: SCN-003) подходит для руки с обхватом: 22-32 см
[ОПЦИЯ]


Большая манжета (модель: SCL-005) подходит для руки с обхватом: 32-42 см

- 1 Разверните манжету и пропустите ее конец сквозь металлическую петлю таким образом, чтобы сторона с застежкой-липучкой находилась снаружи.




Металлическая петля

- 2 Наденьте манжету на руку таким образом, чтобы Синяя метка был расположен со стороны ладони.



- 3 Установите манжету на руку так, чтобы синяя метка располагалась по центру вашей руки, а край манжеты находился на расстоянии 1-2 см для стандартной манжеты или 2-3 см для большой манжеты выше локтя.



Синяя метка


1-2 см для стандартной манжеты
2-3 см для большой манжеты

- * Манжету следует надевать на голую руку или поверх легкой одежды.
- * Если на вас надета одежда из плотной ткани, снимите ее.


- Рuc 12 -

ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

- 4** Потяните конец манжеты наружу таким образом, чтобы манжета плотно облегла руку, а затем закрепите конец манжеты с помощью застежки-липучки.




- 5** Положите руку на стол или иную поверхность, чтобы центр манжеты находился на уровне вашего сердца.



- 6** Расслабьте свою руку и слегка откройте ладонь вверх.

* Располагая манжету на руке, убедитесь в том, что она правильно затянута. Натяжение манжеты считается правильным, если между манжетой и рукой можно свободно пропустить палец.



Русский

- Рuc 13 -

ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

2 Вставьте разъемный соединитель воздушного шланга в основное устройство.

- Плотно вставьте разъемный соединитель воздушного шланга в гнездо для подсоединения воздушного шланга на основном устройстве, как это показано на рисунке.

Гнездо для подсоединения воздушного шланга

Разъемный соединитель воздушного шланга



3 Разместите манжету на уровне сердца.

4 Нажмите переключатель START/STOP (синий переключатель).

- * Если значение сдвигания превышает 280 мм рт.ст., причиняет дискомфорт или в случае возникновения желания прекратить процесс, ещё раз нажмите переключатель START/STOP. Манжета выпустит воздух, и подача питания прекратится.

- Все цифры на дисплее мигают приблизительно в течение одной секунды.
- Все символы отображаются в качестве начальной индикации, показывая, что прибор работает нормально. Появится также знак , однако это не означает, что требуется замена батареи.
- В течение приблизительно одной секунды отображается индикация .
- Манжета автоматически накачивается.



- Рус 14 -

ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

- ④ Вскоре после окончания накачивания отображается индикация ♥ и автоматически начинается измерение.
* Если прибор определяет, что накачивание является недостаточным, он автоматически повторит накачивание.
- ⑤ ♥ мигает при каждом засчитывании пульса, значение давления отображается на дисплее диастолического артериального давления.

155



135



125 79




PUL 67

- ⑥ По завершении измерения манжета выпускает воздух, а на дисплее отображаются результаты измерения (значения систолического/диастолического артериального давления и пульса).
* Значения систолического/диастолического артериального давления (две секунды) и пульса (одна секунда) отображаются попеременно.
* При условии отсутствия ошибки в результатах измерения, такие значения автоматически сохраняются в памяти.

Русский

5 Завершение измерения.




Переключатель
START/STOP

- Чтобы отключить монитор, нажмите кнопку START/STOP.
- * Если вы хотите остановить измерение, нажмите кнопку START/STOP. Воздух из манжеты выпускается, и измерение прекращается.

ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

[Накачивание вручную]

- Если предполагается, что систолическое артериальное давление превышает 200 мм рт.ст., используйте накачивание вручную во время измерения.
- Продолжайте нажимать кнопку "START/STOP" до тех пор, пока не будет достигнуто значение давления, при котором нужно остановить накачивание (приблизительно на 40 мм рт.ст. выше систолического артериального давления). Накачивание можно остановить с помощью прибора, отпустив кнопку при достижении указанного выше значения. Верхний предел давления составляет 280 мм рт.ст.



Русский

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА


- После выполнения измерения кровяного давления нажатие переключателя [START/STOP] отключит монитор. Однако если Вы не нажмете данный переключатель, функция автоматического отключения монитора (Auto OFF) автоматически отключит монитор по прошествии 3 минут.

- Рис 16 -

СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАМЕРОВ


Артериальное давление зависит от положения, времени суток и множества других факторов. В идеале, рекомендуется измерять артериальное давление в одном и том же положении в одно и то же время каждый день.

■ Измерение в положении сидя



- ① Положите руку на стол или на аналогичную поверхность, вытянув предплечье.
- ② Манжета должна располагаться на уровне сердца.
- ③ Положите руку на стол ладонью вверх и расслабьте пальцы.
- ④ Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения.

■ Измерение в положении лежа




* Достаивайтесь не допускать дополнительного давления на манжету.

- ① Пяте ввы на кровать лицом вверх.
- ② Положите руку падонью вверх вреямите ее.
- ③ Расслабьте тело, руку и пальцы.
- ④ Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения.

■ Вы можете измерять кровяное давление на правой руке, как показано на рисунке выше.


Уровень кровяного давления при измерении на левой руке может отличаться на 10 мм рт.ст. от измерений на правой руке (или наоборот). Измеряйте кровяное давление на одной и той же руке каждый день.

ВЫЗОВ ДАННЫХ, СОХРАНЕННЫХ В ПАМЯТИ



- В памяти можно сохранить 90 результатов измерения.
- Помимо выполнения измерений, нажатие кнопки "MEMORY" используется для вызова на дисплей значений (результатов измерений), сохраненных в памяти.
- * Для удаления всей информации извлеките батареи. Вся сохраненная информация будет удалена.

ВЫЗОВ ДАННЫХ



- Нажмите кнопку вызова данных из памяти "MEMORY".



- В левой части дисплея появится индикация "3A", обозначающая среднее значение. Затем будет отображено среднее значение на основе последних трех измерений. (Индикация "3A" и среднее значение не появятся, если в памяти сохранено два или меньшее число измерений.)
- Снова нажмите кнопку "MEMORY". При этом будут вызваны и отображены номер данных и последний набор сохраненных данных.

Русский

- Рuc 18 -

ВЫЗОВ ДАННЫХ, СОХРАНЕННЫХ В ПАМЯТИ

1



120 77



2



130 80

- Снова нажмите кнопку “MEMORY”. При этом будет вызван и отображен предпоследний набор сохраненных данных. При каждом нажатии этой кнопки прибор будет отображать данные, предшествующие последним отображенным данным.

- Значения, сохраненные в памяти, нумеруются в порядке проведения измерений. Например, в случае сохранения в памяти 90 наборов данных, номер данных 1 будет представлять самые последние данные.

Номер данных: 1, 2, 3, 89, 90

↑
Самые последние
данные

↑
Более ранние
данные

- * Отображение номеров данных на дисплее можно ускорить, нажав и удерживая кнопку “MEMORY”.

Русский

- Рuc 19 -

ОПИСАНИЕ ЗНАЧКОВ, ОТОБРАЖАЕМЫХ НА ДИСПЛЕЕ



Отображаемый значок		Состояние/Причина	
	Отображается во время измерения.	Горит	Измерение в процессе.
		Мигает	Обнаружен пульс.
	Отображается во время измерения.	«PUL Err» отображается в том случае, если значение пульса ниже 40 или выше 181.	

В случае отображения любой из таких пометок, выполните указанные действия, а затем повторите операцию.

Отображаемый значок	Состояние/Причина	Требуемое действие
 	Появляется, когда кровяное давление было измерено неточно.	Наденьте манжету на руку должным образом и повторите измерение.
	Давление составляет 281 мм рт.ст. или выше.	Если давление не снижается автоматически во время измерения немедленно нажмите переключатель "START/STOP" и отключите аппарат. Выполните измерение еще раз.
	Появляется, когда батарейки становятся слабыми.	Замените датарейки.
	У прибора имеется проблема.	Обратитесь в магазин покупки.


Русский

- Рuc 20 -

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Что такое артериальное давление?


Сердце – это насос, который подает кровь к различным частям тела. Кровь при постоянном давлении прокачивается через сердце в артерии. Это давление называется артериальным и отражает, в общем, давление крови. Артериальное давление характеризуется несколькими параметрами, такими как: систолическое давление, возникающее, когда сердце качает кровь, и диастолическое давление, возникающее, когда кровь возвращается в кровь.



Артериальное давление постоянно изменяется.

Артериальное давление зависит от возраста, пола и ряда других факторов. На него оказывают влияние дневные биоритмы, положение тела, физическая деятельность, психическая активность, уровень стресса и даже температура воздуха. В течение дня артериальное давление здорового человека обычно может изменяться.

[Пример изменений артериального давления в течение дня]



(Артериальное давление, измеренное с пятиминутным интервалом в течение всего дня)

● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36:329–44.

- Рис 21 -

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

- Q** Почему артериальное давление, измеренное дома, отличается от артериального давления, измеренного в больнице?
- A** Артериальное давление зависит от физического состояния, температуры окружающей среды и психического состояния. Когда врач или медсестра измеряет артериальное давление, показания давления, скорее всего, будут выше обычного на 10-20 мм рт.ст. вследствие взволнованности и/или нервозности пациента. Знание факторов, влияющих на артериальное давление, поможет вам лучше следить за состоянием вашего здоровья.
- Q** Почему измеренное артериальное давление отличается при каждом измерении?
- A** Наше артериальное давление автоматически регулируется нервной системой. Артериальное давление отличается при каждом ударе сердца. Мы думаем, что наше давление является постоянным, однако оно изменяется, даже если проводить измерения повторно. Артериальное давление чувствительно к времени дня, времени года и температуре воздуха. Кроме того, на артериальное давление оказывают влияние психические стрессы, эмоциональные подъемы и спады. Оно увеличивается, когда вы напрягаетесь, и снижается, когда расслабляетесь.
- Q** Какие преимущества дает измерение артериального давления дома?
- A** Измерение артериального давления дома дает более достоверные результаты, так как вы можете выполнять измерение, когда находитесь в спокойном и расслабленном состоянии. Врачи придают большое значение показаниям замеров артериального давления в домашних условиях. Следует измерять артериальное давление в одно и то же время каждый день и вести записи изменений в показаниях замеров артериального давления.

Русский



Всегда обращайтесь к врачу за консультацией по поводу анализа результатов измерения артериального давления и назначением требуемого лечения.

- Рис 22 -

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЗАТЬСЯ ЗА РЕМОНТОМ ИЛИ ПРОВЕРКОЙ

Перед тем как отправить прибор для измерения артериального давления на проверку или для ремонта, проверьте следующее.

Проблема	Проверьте	Решение
При нажатии кнопки “START/STOP” экран дисплея остается пустым.	Проверьте, не разрядились ли батарейки.	Замените все четыре батарейки на новые.
	Проверьте правильность полярности установленных батареек (правильность ориентации ⊕ и ⊖).	Установите батарейки, соблюдая правильную полярность.
Прибор не может измерить артериальное давление.	Проверьте, отображается ли значок ♥.	Наденьте манжету на руку правильно.
	Проверьте, правильно ли надета манжета.	
	Находились ли вы во время измерения в состоянии покоя?	Повторите измерение. Не двигайтесь во время измерения.
	Прибор может не суметь выполнить измерение артериального давления у лиц со слишком слабым пульсом или сердечной аритмией (нерегулярным пульсом).	
Показания замеров артериального давления ненормально высокие или низкие по сравнению с полученными в больнице.		 См. стр. 22.
Другие проблемы		Вытащите батарейки и установите новые.

Русский

- Рuc 23 -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:		CH-452, CH-452-AC
Система измерения:		Осциллометрический метод
Место измерения		Плечо
Манжета:		Мягкая манжета
Окружность плеча:		22,0 - 32,0 см
Диапазон измерения:	Давление	0 - 280 mmHg (мм рт.ст.)
	Пульс	40 - 180 ударов/мин
Погрешность:	Давление	±3 mmHg (мм рт.ст.)
	Пульс	±5% от показаний
Индикация на ЖКД:	Давление	3 цифры
	Пульс	3 цифры
	Значки	♥: Значок выполнения замера, 🔋: Значок батарей
Кнопки:		2 (START/STOP, MEMORY)
Нагнетание:		Автоматическое нагнетание встроенным насосом
Спуск:		Система автоматического скоростного выпуска воздуха
Номинальное напряжение:		6 В пост. тока --- 3 Вт (--- : постоянный ток)
Выпуск:		Электромагнитный клапан быстрого выпуска
Источник питания:		4 батарейки размера AA (R6P, LR6)
Срок службы батареек:	алкалическо	Приблиз. 1000 раз (170 mmHg, 1 раз в день,
	маргаец	Приблиз 300 раз 23°C)
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА		Через approx. 3 мин. после использования
Размеры:		130 (Ш) x 53 (Д) x 118 (В) мм
Вес:		Приблиз. 240 г (без батареек) Манжета: Приблиз. 130 г
Условия эксплуатации:	Температура	От 10°C до 40°C
	Относительная влажность	От 30% до 85%
Условия хранения:	Температура	От -20°C до 60°C
	Относительная влажность	От 10% до 95%
Защита от поражения электрическим током:		Внутренний источник питания
Степень охраны		⚠ Используются детали типа BF
Режим работы:		Непрерывная работа
Защита от проникновения воды:		IPX0
Срок службы:		5 лет
Ресурс манжеты:		Около 2000 измерений
Принадлежности		В комплект поставки входят: Манжета, 4 батарейки AA для питания прибора (R6P), инструкция по эксплуатации.
Оptionальное оборудование:		Большая манжета 32 – 42 см, адаптер переменного тока для CH-452-AC

* Рабочей частью данного устройства является манжета.

* Диапазон барометрического давления от 105 кПа до 70 кПа

* Диапазон высот -300 - 3000 м

* Точность данного устройства соответствует требованиям пункта 7.9 стандарта EN1060-3.

EN1060-3: Неинвазивные сфигмоманометры. Часть 3. (Европейский стандарт)

- Рys 24 -

Русский

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТЕРА ДЛЯ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (ОПЦИЯ)

С помощью специального опционного адаптера для сети переменного тока (модель: AC-230CZ), предназначенного для прибора для измерения артериального давления CITIZEN (CH-452-AC), вы можете измерять артериальное давление, не беспокоясь об уровне оставшегося заряда в батарейках.




Предупреждение

Устройства CH-452-AC и AC-230CZ следует использовать в помещении в сухом месте.

- 1 Вставьте разъем адаптера для сети переменного тока в гнездо на приборе для измерения артериального давления и частоты пульса.**

Гнездо для подключения адаптера для сети переменного тока

Вилка адаптера для сети переменного тока



- 2 Вставьте вилку адаптера для сети переменного тока в бытовую электрическую розетку.**

- Если вы планируете использовать адаптер для сети переменного тока в течение длительного периода времени, удалите батарейки. Если батарейки останутся в отсеке для батареек, из них может протечь электролит, что может стать причиной неполадок в работе прибора для измерения артериального давления и пульса.
- Когда для питания прибора используются только батарейки, следует отсоединять от прибора адаптер для сети переменного тока. Если вы оставите адаптер для сети переменного тока подключенным к прибору, это может вызвать ошибки в работе прибора.
- Вставьте адаптер переменного тока в розетку, из которой вы быстро и безопасно сможете извлечь его в случае возникновения проблем.

Специальный адаптера для сети переменного тока (модель: AC-230CZ), предназначенный для CH-452-AC, является опциональным аксессуаром. Вы можете приобрести адаптер для сети переменного тока в розничных торговых точках, где в продаже имеются цифровые приборы для измерения артериального давления производства CITIZEN.

- Рuc 25 -

- CITIZEN is a registered trade mark of Citizen Holdings Co., Japan
CITIZEN es una marca registrada de Citizen Holdings Co., Japón.
CITIZEN является зарегистрированным товарным знаком
CITIZEN Holdings Co., Japan.
CITIZEN es una marca registrada de Citizen Holdings Co., Japón.
CITIZEN은 씨티즌 홀딩스주식회사의 등록상표입니다.
CITIZEN علامة تجارية مسجلة لشركة ، اليابان.
• Design and Specification are subject to change without notice.

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.


6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-Shi,
Tokyo 188-8511, Japan

E-mail: sales-oe@systems.citizen.co.jp

<http://www.citizen-systems.co.jp/>

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARA EL
MONITOR DIGITAL DE PRESIÓN SANGUÍNEA

REF **CH-452**
CH-452-AC



Español

Español


1401

Contenidos

- 3 - OBSERVACIONES GENERALES
- 5 - PRECAUCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO
- 8 - NOMBRES Y LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES
- 10 - CÓMO INSTALAR LAS PILAS
- 11 - CÓMO REEMPLAZAR LAS PILAS
- 12 - CÓMO MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL
- 17 - CONSEJOS PARA CONSEGUIR MEDICIONES PRECISAS
- 18 - RECUPERACIÓN DE LOS DATOS ALMACENADOS EN LA MEMORIA
- 20 - DESCRIPCIÓN DE LAS MARCAS VISUALIZADAS
- 21 - ACERCA DE LA “PRESIÓN SANGUÍNEA”
- 22 - PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA PRESIÓN SANGUÍNEA
- 23 - ANTES DE SOLICITAR REPARACIONES O PRUEBAS
- 24 - ESPECIFICACIONES
- 25 - USO DEL ADAPTADOR DE CA (OPCIONAL)

Español

Asegúrese de que tiene todos estos componentes



Monitor de
presión sanguínea



Brazalete
(modelo: SCN-003)



(para el
monitor) 4 pilas
tamaño AA



Manual de
instrucciones

[OPCIONAL]

- Brazalete grande (modelo: SCL-005) para CH-452, CH-452-AC
- Adaptador de CA (modelo: AC-230CZ) solo para CH-452-AC

OBSERVACIONES GENERALES

Observaciones generales sobre la presión sanguínea y la medición de la presión sanguínea

1. Para desinflar el brazalete rápidamente, presione el interruptor "START/STOP".
2. Antes de aplicar el brazalete de presión sanguínea, asegúrese de haber seleccionado el brazalete del tamaño correcto:
El brazalete (modelo: SCN-003) se adapta a la siguiente circunferencia de brazo: 22-32 cm
[OPCIONAL]
El brazalete grande (modelo: SCN-005) se adapta a la siguiente circunferencia de brazo: 32-42 cm
3. Al colocar el brazalete, ajuste la posición del mismo de forma que el marcador azul quede situado en el centro de su brazo y el dobladillo del brazalete esté 1-2 cm (en el caso del brazalete) y 2-3 cm (en el caso del brazalete grande) por encima del codo.
4. El monitor no está destinado para uso como un equipo de diagnóstico, está destinado para uso en el hogar.
5. ¡La automedición no es una terapia! En ningún caso deberá usted cambiar la dosis de medicamentos recetada por su médico.
6. Como preparación para la medición de la presión sanguínea, es aconsejable que orine y después permanezca relativamente quieto durante los 10 ó 15 minutos previos a la medición.
7. Hacer ejercicio, comer, beber, fumar, etc., antes de la medición puede afectar los resultados.
8. La presión sanguínea varía constantemente a lo largo del día. La medición de la presión sanguínea deberá efectuarse regularmente a la misma hora cada día.
9. NO se impresione demasiado por los resultados de una sola medición. Mantenga un registro de las variaciones de la presión sanguínea. Una imagen completa solamente puede obtenerse luego de una gran cantidad de lecturas.
10. El estrés emocional suele causar una elevación de la presión sanguínea.

Para una correcta medición de la presión sanguínea

1. Respire profundamente cinco o seis veces y seguidamente relájese antes de medir la presión sanguínea. Si se encuentra tenso durante la medición de la presión sanguínea, no conseguirá una lectura válida.
2. La presión sanguínea se elevará si se encuentra en una situación de preocupación o de enfado, de falta de sueño o estreñimiento, o después del ejercicio o una comida.
3. Envuelva el brazalete alrededor del brazo y asegúrelo de forma que pueda introducir un dedo entre el brazalete y el brazo ( Vea la página 12, 13)
4. NO mida la presión sanguínea después de bañarse o beber.
5. Cuando sienta necesidad de orinar, hágalo antes de medir su presión sanguínea.
6. Mida su presión sanguínea cuando la temperatura de la habitación esté alrededor de los 20 °C. NO mida su presión sanguínea cuando haga demasiado frío (por debajo de 10°C) o demasiado calor (por encima de 40°C) en la habitación.


- Esp 3 -

Español

OBSERVACIONES GENERALES

7. NO intente medir su presión sanguínea inmediatamente después de beber café o té o de fumar.
8. Mida la presión sanguínea cuando esté tranquilo y relajado. Mantenga el centro del brazalete a la altura de su corazón y NO mueva el brazo o hable.
9. NO mida la presión sanguínea después que el brazalete haya estado en su brazo durante unos minutos. Durante ese tiempo su brazo habrá desarrollado una presión sanguínea mayor y no obtendrá una lectura válida.
10. La siguiente ilustración muestra la clasificación de la presión sanguínea de acuerdo con las normas de la OMS.

Sistólica
(mmHg)



Observaciones:

El gráfico no es exacto, pero se puede utilizar como orientación para comprender las mediciones de presión sanguínea no invasivas. El aparato está destinado solamente para uso con adultos.

Definiciones y clasificaciones de los niveles de presión sanguínea

11. Uso pretendido

- Este dispositivo es un monitor de presión sanguínea no invasivo mediante método oscilométrico. Este dispositivo puede medir la presión sanguínea sistólica (SYS), la presión sanguínea diastólica (DIA) y el pulso de forma automática.
- Este dispositivo está diseñado para utilizarlo para comprobar el estado de salud personal en casa, sin las indicaciones de un médico, y no está pensado como dispositivo de diagnóstico.
- Este dispositivo no está diseñado para utilizarlo con recién nacidos o niños pequeños, ni tampoco para mediciones cíclicas automáticas.

Mida su presión sanguínea a la misma hora cada día.

- * La presión sanguínea cambia a cada momento. Esto significa que los datos recogidos durante un largo periodo de tiempo tienen una mayor significación que los datos de una única medición. Por esta razón, debe medir la presión sanguínea diariamente. Idealmente, debería medir su presión sanguínea a la misma hora cada día siempre que sea posible.

PRECAUCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO

Precauciones para el uso

1. Si sufre de enfermedad cardíaca, presión sanguínea alta u otra enfermedad circulatoria, antes de utilizar el monitor, consulte con su médico.
2. Si siente que la presión del brazalete es anormal o si experimenta cualquier otra irregularidad al utilizar el brazalete, reduzca inmediatamente la presión pulsando el interruptor "START/STOP", quítese el brazalete o desconecte el conector de la manguera de aire del monitor y luego consulte con la tienda en la que compró el monitor.
3. Si piensa que el valor medido es anormal o si la medición le hace sentirse indispuerto, interrumpa el uso y consulte con su médico.
4. La medición de la presión sanguínea puede no ser posible en alguien con un pulso débil o arritmia.
5. Si la presión sanguínea se mide repetidamente, en algunas personas puede causar problemas como congestión o hinchazón.
6. Las repeticiones frecuentes de las mediciones de la presión sanguínea no darán resultados precisos. Deje un intervalo de 1 minuto entre las mediciones.
7. Consulte a su médico antes de usar el monitor si sufre usted de una alteración severa de la circulación sanguínea en los brazos. El no hacerlo puede conllevar riesgo para la salud.
8. La medición puede no ser posible en alguien con un flujo sanguíneo insuficiente en el área donde se harán las mediciones o que sufre de frecuentes latidos irregulares. Consulte con su médico para consejo sobre si usar o no el monitor.
9. NO envuelva el brazalete alrededor de un brazo herido.
10. NO envuelva el brazalete alrededor de un brazo en el que haya sido colocado un gotero (infusión intravenosa) o que esté siendo usado para transfusión sanguínea como parte de un tratamiento médico. El hacerlo puede causar heridas o un accidente grave.
11. NO opere en la vecindad de gases inflamables como los utilizados para anestesia. Hacer esto podría encender los gases y causar una explosión.
12. NO utilice el monitor en ambientes de oxígeno enriquecido, como en una cámara hiperbárica de hospital o una tienda de oxígeno. Hacer esto podría encender el oxígeno y causar un incendio.
13. NO use un teléfono móvil cerca del monitor porque esto podría causar mal funcionamiento.
14. Si usa un marcapasos cardíaco, consulte con su médico antes de usar el monitor.
15. Asegúrese de utilizar esta unidad solamente para la medición de la presión sanguínea. NO la utilice para ningún otro propósito.
16. Asegúrese de usar sólo piezas y accesorios originales autorizados. Las piezas y los accesorios no aprobados para uso con el equipo pueden dañar la unidad.
17. NO utilice esta unidad en niños.
18. Es posible que no se pueda realizar la medición de la presión sanguínea en personas con arritmias frecuentes tales como latidos auriculares o ventriculares prematuros o fibrilación auricular.

Español

PRECAUCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO

Precauciones para el mantenimiento

1. NO almacene el monitor de presión sanguínea donde vaya a estar expuesto a la luz directa del sol, temperaturas elevadas (por encima de 60 °C), temperaturas bajas (por debajo de -20°C), humedad relativa elevada (por encima de 95%) o en un sitio polvoriento.
Asegúrese de guardar el monitor de presión sanguínea fuera del alcance de niños, mascotas y pesticidas.
2. NO deje caer o exponga el monitor de presión sanguínea a impactos o vibración.
3. Quite las pilas cuando el monitor no se vaya a utilizar durante un periodo largo.
4. NO intente desarmar el monitor.
5. NO doble excesivamente el brazalete ni la manguera de aire.
6. Cuando el monitor esté muy sucio, límpiolo con un paño humedecido con alcohol esterilizante o un detergente neutro. Límpiolo después con un paño seco.
7. NUNCA limpie el monitor de presión sanguínea con disolvente o benceno porque esto podría dañar el monitor.
8. Para limpiar el brazalete, límpiolo con un paño húmedo. Evite frotar con fuerza ya que esto puede causar fugas de aire. Evite también que entre agua en la manguera de aire.



Advertencia

No se permite la modificación de este dispositivo.

Explicación de los símbolos

CE⁰⁰⁸⁶ : La marca CE está diseñada para proporcionar información a los inspectores de mercado de los países miembros de la Unión Europea.



: Pieza aplicada tipo BF



: Mantener seco



: Aviso



: Consultar el manual de instrucciones antes del uso



: Directiva WEEE de cumplimiento del dispositivo



: Acumuladores y pilas para recogida por separado



: Fabricante



Advertencia

El dispositivo ha sido comprobado y homologado de acuerdo con EN60601-1-2 para EMC. Esto no garantiza de ninguna forma que el dispositivo no estará afectado por interferencia electromagnética. Evite utilizar el dispositivo en un entorno altamente electromagnético.

PRECAUCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO

Naturaleza y frecuencia del mantenimiento:

Este producto está diseñado para su uso durante un largo período de tiempo; sin embargo, es generalmente recomendado que sea inspeccionado cada dos años para asegurar su funcionamiento y rendimiento correctos.

Protección del medioambiente:

Al deshacerse de la pila y del producto al final de su vida útil contribuya a proteger el medioambiente respetando las correspondientes regulaciones nacionales y locales sobre reciclado.

MARCO DE RAEE

Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con residuos domésticos de carácter general. Existe un sistema de recogida selectiva de aparatos electrónicos usados, según establece la legislación prevista por la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), vigente únicamente en la Unión Europea.

Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de pilas usadas.

El símbolo de esta hoja informativa significa que las pilas usadas no se deben mezclar con los desechos domésticos generales.

Para llevar a cabo un tratamiento, una recuperación y un reciclado adecuado de las pilas usadas, lívelas a los puntos de recogida correspondientes.

Para obtener más información sobre la recogida y el reciclado de pilas, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de eliminación de residuos local o el punto de venta donde adquirió los artículos.

Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea.

Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea.

Si desea desechar pilas usadas, póngase en contacto con las autoridades locales o pregunte cuál es el método de eliminación adecuado.

Nota sobre el símbolo de pila

El símbolo se puede usar en combinación con un símbolo químico. En este caso, cumple los requisitos establecidos por la Directiva de la sustancia química en cuestión.

Estándar Europeo de Referencia:

El equipo de medición de presión sanguínea está en conformidad con las regulaciones EN60601-1, EN1060-1, EN1060-3, EN1060-4.

Calibración:

Se recomienda inspeccionar el monitor de equipo de medición de presión sanguínea cada dos años para garantizar su correcto funcionamiento y precisión. Contacte con un distribuidor.



Nombre : CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

Dirección : 6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-Shi, Tokyo 188-8511, Japan

Representante europeo:

Nombre : WW elektronische Geräte Vertrieb GmbH

Dirección : Fintelmanstraße 20/Eingang, Martin-Heydert-Straße,
D-14109 Berlin, Germany

• Para obtener datos técnicos, póngase en contacto con nuestro representante europeo.

CE 0086


- Esp 7 -

Español


NOMBRES Y LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES

Nombres de los componentes

<Unidad principal>




Español



NOMBRES Y LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES

<Brazalete>




Español

CÓMO INSTALAR LAS PILAS

(Las pilas incluidas con el aparato deben introducirse en su compartimiento antes de poner el esfigmomanómetro en uso.)

1 Abrir la tapa del compartimiento de las pilas.

Presionar el gancho hacia abajo y tirar de la tapa para abrirla.



* Si el esfigmomanómetro no se usa por un período prolongado de tiempo, las pilas se deben retirar del compartimiento.

Español


2 Colocar las pilas en el compartimiento de las pilas.

Colocar las pilas siguiendo las indicaciones de los símbolos $\oplus$ y $\ominus$.

CÓMO INSTALAR LAS PILAS

3 Cerrar la tapa del compartimiento de las pilas.

Colocar las orejetas en su lugar en el cuerpo del compartimiento de las pilas, apretar el gancho y cerrarlo.



Coloque los enganches (protectores) en las ranuras.

CÓMO REEMPLAZAR LAS PILAS

- Cuando se visualiza el icono **BT** o cuando no aparece nada en la pantalla, reemplazar las pilas por otras nuevas. Cambiar las cuatro pilas al mismo tiempo.
- Cuando se sustituyen las pilas, la memoria se borra. Se recomienda anotar los datos almacenados en la memoria antes de cambiar las pilas.
- No utilice pilas recargables.
- No utilice pilas alcalinas (LR6) y de manganeso (R6P) juntas.
- Las pilas incluidas son tan sólo para demostración. La vida de la pila podría ser menor de lo especificado.
- Cuando deseche pilas usadas, cumpla las normativas estatales o las normas de la institución pública medioambiental aplicables en su país / área.

Español

CÓMO MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL

1 COLOCACIÓN DEL BRAZALETE

Antes de aplicar el brazalete de presión sanguínea, asegúrese de haber seleccionado el brazalete del tamaño correcto:

El brazalete (modelo: SCN-003) se adapta a la siguiente circunferencia de brazo: 22-32 cm


[OPCIONAL]

El brazalete grande (modelo: SCN-005) se adapta a la siguiente circunferencia de brazo: 32-42 cm


- 1 Desenrolle el brazalete y pase un extremo a través de la hebilla de metal de forma que el lado con el sistema de cierre gancho y bucle quede hacia afuera.



- 2 Colóquese el brazalete alrededor del brazo de manera que la marca azul quede a la izquierda de la palma de su mano.




- 3 Ajuste la posición del brazalete de forma que el marcador azul quede situado en el centro de su brazo y el dobladillo del brazalete esté 1-2 cm (en el caso del brazalete) y 2-3 cm (en el caso del brazalete grande) por encima del codo.




- * El brazalete deberá ser colocado directamente sobre su piel pero también puede usarse sobre una manga de tejido fino.
- * Si usted va vestido con un suéter grueso, quíteselo.

CÓMO MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL

- 4** Tire hacia afuera del extremo del brazalete para ajustarlo en el brazo y asegurarlo en el extremo con el sistema de cierre gancho y bucle.



- 5** Colocar el brazo sobre una mesa o similar de forma que el centro del brazalete quede a la altura del corazón.



- 6** Relaje su brazo y abra ligeramente la palma de la mano hacia arriba.

* Coloque el brazalete con cuidado en su brazo, teniendo cuidado de obtener un apriete adecuado. Se obtiene un apriete adecuado cuando pueda deslizar un dedo entre el brazalete y su brazo.




Español

CÓMO MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL

2 Introduzca el conector de la manguera de aire en la unidad principal.

- Introduzca el conector de la manguera de aire firmemente en el enchufe de la manguera de aire de la unidad principal, como se muestra.



3 Coloque el brazalete a la altura del corazón.

4 Pulse el interruptor "START/STOP" (el interruptor azul).

* Si el valor de la presurización excede de 280mmHg, si la presurización no es normal, o si desea detener el proceso de medición, pulse de nuevo el interruptor "START/STOP". El brazalete se desinfla y el equipo se apaga.

Español

- ① Todos los dígitos de la pantalla parpadean aproximadamente durante un segundo.

- La visualización de todos los dígitos es una pantalla inicial, que indica que el monitor está funcionando correctamente.

La marca  también aparece, pero esto no indica que se requiere reemplazar la pila.

- ②  aparece durante un segundo aproximadamente.
- ③ El brazalete se presuriza automáticamente.



CÓMO MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL

- ④ ♥ aparece cuando se completa la presurización y la medición comienza automáticamente.

* Si la unidad considera que la presurización es insuficiente, se vuelve a presurizar automáticamente.



- ⑤ ♥ parpadea cada vez que se detecta un pulso, y el valor de presión se muestra en la pantalla de presión sanguínea diastólica.




- ⑥ Una vez finalizada la medición, el brazalete se desinfla y se visualizan los resultados de la misma (valores de presión sanguínea sistólica/diastólica, pulso).

* Los valores de presión sanguínea sistólica/diastólica (dos segundos) y el pulso (un segundo) se visualizan alternativamente.

* Si los resultados de la medición no contienen errores, se almacenan automáticamente.



5 Terminando la medición.



Interruptor START/STOP

- Pulsar "START/STOP" para apagará el monitor.


* Cuando se desee parar la medición, pulsar "START/STOP". El aire del brazalete sale y se para la medición.

Español

CÓMO MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL

[Presurización manual]

- Si calcula que la presión sanguínea sistólica va a exceder los 200 mmHg, realice la presurización manual cuando tome la medición.
- Mantenga pulsado el interruptor "START/STOP" hasta que se alcance el valor de tensión en el que desea parar la presión (aproximadamente 40mmHg más alta que la tensión sistólica). Podrá parar la presión del aparato liberando el botón cuando se alcanza el valor mencionado. El límite superior de presión es 280mmHg



Español


FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

- Después de tomar la medición de la presión arterial, pulsando el interruptor "START/STOP" se apagará el monitor. Sin embargo, si no pulsa el interruptor, la función de apagado automático del monitor apagará automáticamente el monitor después de 3 minutos

CONSEJOS PARA CONSEGUIR MEDICIONES PRECISAS


La presión sanguínea varía con su postura, la hora del día y una gama de factores. Idealmente, debe medir su presión sanguínea a la misma hora cada día en la misma postura.

■ Mediciones estando sentado



- ① Coloque su brazo sobre una mesa o superficie similar con su antebrazo extendido.
- ② Es importante tener el brazalete a la altura del corazón.
- ③ Abra ligeramente su mano sobre la mesa con la palma hacia arriba y relaje los dedos.
- ④ No se mueva o hable durante el proceso de medición.

■ Medición en posición acostado



* Relájese para no ejercer presión sobre el brazalete.


- ① Acuéstese mirando hacia arriba
- ② Ligeramente abra su mano sobre la mesa con la palma hacia arriba y estire el brazo.
- ③ Relaje el cuerpo, el brazo y los dedos.
- ④ No se mueva o hable durante el proceso de medición.

■ Se puede usar el brazo derecho para medir la presión arterial como muestra la ilustración anterior.

Es probable que el valor de la presión arterial difiera tanto como 10 mmHg cuando se mide en el brazo derecho en lugar del izquierdo (y viceversa). Mida la presión arterial en el mismo brazo todos los días.


Español

RECUPERACIÓN DE LOS DATOS ALMACENADOS EN LA MEMORIA



- En la memoria pueden almacenarse 90 resultados de mediciones.
- Exceptuando el caso donde el aparato esté tomando la medición, pulse el botón "MEMORY" para visualizar los valores (resultados de mediciones) guardados en la memoria.
- * Para borrar todos los datos, extraiga las pilas. Se borrarán todos los datos guardados.

CÓMO RECUPERAR LOS DATOS



- Presione el interruptor "MEMORY".

Español

3A

- En la parte izquierda de la pantalla aparece "3A" indicando el valor medio. Luego se muestra el valor medio de las tres últimas mediciones ("3A" y el valor medio no aparecen si hay menos de dos mediciones almacenadas en la memoria).

128 79

- Presione otra vez el interruptor "MEMORY". Se recupera y se visualiza primero el número de memoria y luego el último juego de datos guardados.

RECUPERACIÓN DE LOS DATOS ALMACENADOS EN LA MEMORIA

1



120 77



2



130 80

- Presione otra vez el interruptor "MEMORY". Esto recupera y visualiza el penúltimo juego de datos guardado. Cada vez que presione este interruptor, la unidad mostrará los datos anteriores al juego de datos visualizado.

- Los valores guardados en la memoria están en el orden de las mediciones. Por ejemplo, cuando se han guardado 90 mediciones, la número 1 representa la última medición realizada.

Número de datos: 1, 2, 3, ... 89, 90

↑
La última
medición

↑
La primera
medición

Español

- * Puede pasar rápido los números de los datos en la pantalla pulsando y manteniendo el interruptor "MEMORY".

DESCRIPCIÓN DE LAS MARCAS VISUALIZADAS



Marca visualizado	Condición/Causa	
	Mostrado durante la medición.	Encendido
		Intermitente
	Mostrado durante la medición.	"PUL Err" se visualiza cuando el valor del pulso es inferior a 40 o superior a 181.

Si aparece cualquiera de las siguientes marcas, realice la acción especificada y repita la operación.


Marca visualizado	Condición/Causa	Acción correctiva
 	Aparece cuando la presión sanguínea no se pudo medir correctamente.	Vuelva a colocar el brazalete correctamente y vuelva a tomar la tensión.
	La presión es 281 mmHg o más alta.	Si la presión no disminuye automáticamente durante la medición, pulse inmediatamente el interruptor "START/STOP" y apague la unidad. Vuelva a hacer la medición.
	Aparece cuando las pilas están por agotarse.	Reemplace las pilas.
	Anomalía del dispositivo.	Consulte con el establecimiento donde fue adquirido.

Español

ACERCA DE LA “PRESIÓN SANGUÍNEA”

¿Qué es la presión sanguínea?


El corazón es una bomba que impulsa la sangre por todo su cuerpo. La sangre es bombeada a presión constante desde el corazón a las arterias. A esta presión se le llama la presión sanguínea arterial, y representa, en términos generales, su presión sanguínea. La presión sanguínea está indicada por diferentes tipos de presiones, entre ellas la presión sistólica que ocurre cuando el corazón bombea sangre, y la presión diastólica que ocurre cuando la sangre regresa al corazón.



La presión arterial varía a toda hora.

Su presión sanguínea cambia con su edad, sexo y una gama de otros factores. Es probable que resulte afectada por su biorritmo durante el día y por su postura, actividades físicas, actividades intelectuales, el nivel de estrés e incluso por la temperatura atmosférica. La presión sanguínea de una persona saludable generalmente varía a lo largo de un día.

[Ejemplo de las variaciones de la presión sanguínea durante un día]



(Valores de presión sanguínea medidos en intervalos de cinco minutos durante un día)

● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36:329-44.

- Esp 21 -

Español

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA PRESIÓN SANGÜÍNEA

- P** ¿Por qué la medición de la presión sanguínea en casa es diferente de la medida por el médico o en un hospital?
- R** La presión sanguínea puede variar con el ejercicio, la temperatura ambiental o su estado de ánimo. Cuando un médico o enfermera toma su presión sanguínea, el valor de la presión probablemente será 10 o 20 mmHg más alto de lo normal, debido a la preocupación y al estrés. Sabiendo qué es lo que afecta a su presión sanguínea le ayudará a la mejor monitorización su salud.
- P** ¿Por qué los resultados de la medición de la presión arterial varían con cada medición?
- R** Nuestra presión arterial la ajusta un nervio automáticamente. La presión arterial difiere con cada latido del corazón. Pensamos que nuestra presión arterial es constante pero se puede ver como varía al realizar varias mediciones seguidas. La presión arterial es diferente a diferentes horas del día, tales como la mañana y la tarde, en diferentes estaciones y en diferentes temperaturas atmosféricas. Además, la presión arterial se ve fácilmente afectada por el estrés o los cambios emocionales. Tiende a aumentar cuando se siente tensión y a disminuir cuando se está relajado.
- P** ¿Cuál es el beneficio de medir la presión sanguínea en casa?
- R** La medición de la presión sanguínea en casa es fiable puesto que puede ser realizada en una situación estable y relajada. Los doctores dan mucha importancia a las mediciones de presión sanguínea tomadas en casa. Se recomienda medir su presión sanguínea a la misma hora cada día y guardar las variaciones de su presión sanguínea.

Español



Siempre consulte con su médico para la interpretación de las lecturas de su presión sanguínea, y para determinar el tratamiento correcto.

ANTES DE SOLICITAR REPARACIONES O PRUEBAS

Asegúrese de comprobar los siguientes puntos antes de enviar su monitor de presión sanguínea a ser probado o reparado.

Problema	Comprobaciones	Respuesta
La pantalla no muestra nada aunque pulse el interruptor "START/STOP".	Compruebe si las pilas están agotadas.	Cambie todas las pilas por unas nuevas.
	Compruebe si las pilas están correctamente instaladas (+ y - en la posición correcta).	Instale las pilas en la dirección correcta.
No se puede medir.	Compruebe si ha  aparecido el icono.	Coloque el brazalete correctamente.
	Compruebe si el brazalete está colocado correctamente.	
	¿Permaneció tranquilo durante la medición?	Vuelva a medir su presión sanguínea, asegurándose de no moverse.
	Tenga en cuenta que la medición de la presión sanguínea pudiera no ser posible para alguien con un pulso extremadamente débil o arritmia cardíaca (pulsos irregulares).	
Sus lecturas de presión sanguínea son anormalmente altas o bajas respecto a las medidas en el hospital.		Vea la página 22.
Otros fenómenos		Retirar las pilas del aparato y colocarle otras nuevas.

Español

ESPECIFICACIONES

Número de modelo:	CH-452, CH-452-AC		
Sistema de medición:	Método oscilométrico		
Posición para medición	Brazo izquierdo		
Brazalete:	Brazalete blando		
Gama de circunferencia de brazo:	22,0 a 32,0 cm		
Gama de medición:	Presión	0 a 280 mmHg	
	Pulso	40 a 180 pulsaciones/min	
Accuracy:	Pressure	±3 mmHg	
	Pulse	±5% de la lectura	
Visualizaciones en LCD:	Presión	3 dígitos	
	Pulso	3 dígitos	
	Iconos	♥: Icono de medición,  : Icono de la pila	
Interruptor (Botón):	2 (START/STOP, MEMORY)		
Inflado:	Inflado automático mediante bomba interna		
Desinflado:	Sistema de desinflado con velocidad automática.		
Voltaje nominal:	6V CC --- 3W (--- : Corriente Directa)		
Escape:	Válvula electromagnética de escape rápido		
Fuente de alimentación:	4 pilas AA (R6P, LR6)		
Duración de las pilas	Alcalinas	Aprox. 1000 veces	(170 mmHg, una vez al día, 23°C)
	Manganeso	Aprox. 300 veces	
Función de apagado automático:	Aprox. 3 min. (después de activado)		
Dimensiones:	130(An) x 53(Al) x 118(Pr) mm		
Peso:	Aproximadamente 240g excluyendo pilas Brazalete: Aprox. 130g		
Condiciones de operación:	Temperatura	10°C a 40°C	
	Humedad	30% a 85% RH	
Storage conditions:	Temperatura	-20°C a 60°C	
	Humedad	10% to 95%RH	
Protección contra descargas eléctricas:	Unidad de potencia interna		
Grado de protección	 Pieza aplicada tipo BF		
Modo de funcionamiento:	funcionamiento continuo		
Protección contra la entrada de agua:	IPX0		
Vida útil:	5 años		
Vida útil del brazalete:	Aprox. 2000 usos		
Accesorios	Juego compuesto por un brazalete, 4 pilas AA para el monitor (R6P) y manual de instrucciones.		
Accesorios opcionales:	Brazalete grande 32,0 – 42,0 cm, adaptador de CA para CH-452-AC		

* La pieza aplicada para este dispositivo es el brazalete.

* Intervalo de presión barométrica: de 105 kPa a 70 kPa

* Intervalo de altitud: de -300 m a 3000 m

* La precisión general del sistema de este dispositivo se cumple con el requisito de la sección 7.9 de la norma EN1060-3.

EN1060-3 : Tensiómetros no invasivos, sección 3 (norma europea)

- Esp 24 -

USO DEL ADAPTADOR DE CA (OPCIONAL)


El uso del adaptador de CA opcional (modelo: AC-230CZ) para el monitor de presión sanguínea CITIZEN (CH-452-AC) le permite medir su presión sanguínea sin preocuparse de la cantidad de carga restante en las pilas.



Advertencia

Los monitores CH-452-AC y AC-230CZ deben utilizarse solo en interiores y en lugares secos.

- 1 Inserte la clavija del adaptador de CA en el enchufe del monitor de presión sanguínea.**



- 2 Enchufe el adaptador de CA en la toma de corriente.**

- Si piensa utilizar el adaptador de CA durante un período prolongado de tiempo, extraiga las pilas. Si las pilas se dejan en el compartimento, puede ocurrir fuga de electrolito de las pilas, causando un problema en el monitor de presión sanguínea.
- Cuando para la alimentación del monitor se utilizan solamente pilas, se debe desenchufar del monitor el adaptador de CA. Si deja el adaptador de CA enchufado en el monitor de presión sanguínea podría causar una falla de funcionamiento.
- Enchufe el adaptador de CA a la toma de corriente, en un lugar en el que pueda desenchufarlo de forma sencilla y segura en caso de producirse algún tipo de problema.

El adaptador de CA (modelo: AC-230CZ) exclusivo para el CH-452-AC es opcional. El adaptador de CA está disponible en las tiendas minoristas que venden monitores digitales de presión sanguínea CITIZEN.

- CITIZEN is a registered trade mark of Citizen Holdings Co., Japan
CITIZEN es una marca registrada de Citizen Holdings Co., Japón.
CITIZEN является зарегистрированным товарным знаком
CITIZEN Holdings Co., Japan.
CITIZEN es una marca registrada de Citizen Holdings Co., Japón.
CITIZEN은 씨티즌 홀딩스주식회사의 등록상표입니다.
CITIZEN علامة تجارية مسجلة لشركة ، اليابان، Citizen Holdings Co.
- Design and Specification are subject to change without notice.

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.


6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-Shi,
Tokyo 188-8511, Japan

E-mail: sales-oe@systems.citizen.co.jp

<http://www.citizen-systems.co.jp/>

전자 혈압계
사용설명서

REF **CH-452**
CH-452-AC



한국어

한국어


1401

목차

- 3 - 일반적인 사항
- 5 - 사용 및 관리상의 주의사항
- 8 - 제품 구성 및 명칭
- 10 - 배터리삽입방법
- 11 - 배터리교체방법
- 12 - 측정방법
- 17 - 정확한 측정 결과를 얻는 방법
- 18 - 저장된 데이터를 불러내는 방법
- 20 - 화면에 나타나는 표시들
- 21 - 혈압에 대해서
- 22 - 혈압에 관한 질문과 답변
- 23 - 고장수리 말기기 전에
- 24 - SPECIFICATIONS
- 25 - AC 어댑터 사용방법(선택사항/별도구입물품)
- 26 - 품질보증서
- 27 - 국문표시사항

다음 부품이 모두 들어 있는지 확인하십시오.

한국어



혈압계 본체



가압대 (모니터용)
(모델: SCN-003) 4 AA 사이즈 배터리



사용설명서

[옵션]

- 대형 가압대 (모델: SCL-005) (CH-452, CH-452-AC용)
- AC 어댑터 (모델: AC-230CZ) (CH-452-AC만)

일반적인 사항

혈압과 혈압계의 일반적인 사항

1. 가압대(cuff)에서 공기를 빼려면, “START/STOP” 버튼을 누르세요.
2. 혈압 가압대를 감기 전에 적당한 크기의 가압대를 선택했는지 확인하십시오.
일반 가압대(모델: SCN-003)는 22~32cm의 팔 둘레에 맞습니다.
[옵션]
대형 가압대(모델: SCL-005)는 32~42cm의 팔 둘레에 맞습니다.
3. 가압대를 감을 때 파란색 표시선이 팔의 중앙에 위치하고 가압대의 가장자리가 일반 가압대의 경우 팔꿈치에서 1~2cm 위, 대형 가압대의 경우 2~3cm 위에 오도록 가압대의 위치를 조절하십시오.
4. 본 기기는 자가측정용으로서 절대 치료용으로 사용될 수 없습니다.
5. 자가진단은 치료가 아닙니다. 어떠한 경우에도 당신의 복용량을 전문의의 상담 없이 늘리지 마십시오.
6. 혈압 측정을 하기 전에, 소변을 보신 후 10~15분 후에 측정하십시오.
7. 운동, 식사, 음주, 흡연 등은 측정 결과에 영향을 줍니다.
8. 혈압은 하루 동안 지속적으로 조금씩 달라집니다. 매일 정해진 시간에 측정하십시오.
9. 한 번의 측정치를 가지고 불안해 하시거나 안도하지 마시고, 꾸준히 측정한 혈압을 기록하여 참고하십시오. 누적된 수치만이 건강상태를 바르게 나타냅니다.
10. 감정적인 스트레스가 혈압수치를 높일 수 있습니다.


올바른 혈압 측정 방법

1. 심호흡을 5,6회 하신 후 편안한 상태에서 측정하십시오. 만약 긴장하신 상태라면, 유효한 측정치를 얻지 못합니다.
2. 혈압은 짜증나거나 화나거나 혹은 수면부족, 변비, 식사, 운동에 의해서 상승할 수 있습니다.
3. 가압대(Cuff)를 팔 주위에 두르신 후 팍 죄일 경우, 손가락 하나가 팔과 가압대(Cuff) 사이에 들어 갈 수 있도록 하십시오. (12, 13페이지 참조)
4. 음주나 목욕 후에 혈압을 측정하지 마시오.
5. 소변을 보셔야 할 필요가 있다면, 측정하기 전에 소변을 보시오.
6. 실내 온도가 20℃일 때가 가장 적당하며, 10℃이하나 40℃이상일 경우 측정하지 마시오.
7. 커피나 차, 흡연 후에 바로 측정하지 마시오.
8. 안정되고 편안할 때 혈압을 측정하십시오. 가압대(Cuff)를 심장 높이에 맞추고 팔을 움직이거나 얘기하지 마시오.

- Kor 3 -

일반적인 사항

9. 가압대(Cuff)가 팔에 붙어서 3~5분 정도 지났을 경우, 측정하지 마십시오. 높은 혈압수치가 나오게 되며, 유효한 측정값이 나오지 않습니다.
10. 밑에 나타난 표는 표준적인 혈압의 건강상태를 WHO기준에 따라 나타낸 것입니다.



주의 :

그래프는 정확하지는 않습니다. 하지만 대강의 혈압 측정 방법을 이해할 수 있습니다. 기기는 어른을 위한 용도로 사용해야 합니다.

혈압 수치의 정의 및 분류

11. 사용 목적

- 본 장치는 오실로메트릭법을 사용한 비침습 혈압계입니다. 본 장치는 수축기 혈압(SYS), 이완기 혈압(DIA) 및 맥박을 자동으로 측정할 수 있습니다.
- 본 장치는 의사의 지시 하에 가정에서 개인의 건강 상태를 검사하는데 사용되며, 진단 장치로 제공되지 않습니다.
- 본 장치는 신생아 또는 유아에게 사용하거나 자동 순환 측정을 수행하기 위한 용도로 제작되지 않았습니다.

혈압을 매일 같은 시간대에 측정하십시오.

- * 혈압은 매시간마다 변합니다. 오랜 시간 동안 여러 번 측정하는 것보다 하루에 한번 측정하는 것이 더욱 정확한 측정입니다. 이러한 이유로 매일 같은 시간대에 당신의 혈압을 측정하십시오. 어디서나 당신의 이상적인 시간에 측정하십시오.

- Kor 4 -

사용 및 관리상의 주의사항△

사용상의 주의사항

1. 심장병을 가지고 있거나 높은 혈압이나 다른 순환계 질환은 측정계를 사용하기 전에 의사를 만나보시오.
2. 사용 중 가압대(Cuff)의 느낌이 이상하거나 불규칙하다면, 혈압계의 “START/STOP” 버튼을 누르신 뒤 가압을 줄이십시오. 가압대(Cuff)를 푸시거나 혹은 공기 연결을 떼내신 뒤 판매점에 찾아가서 애기하십시오.
3. 측정값이 이상하거나 측정값이 좋지 못하면, 사용을 중지하고 의사를 찾아 가십시오.
4. 부정맥이나 저혈압일 경우 의사와 상담 후 사용하십시오.
5. 계속적인 혈압계 사용을 하실 경우, 울혈이나 부종이 나타날 수 있습니다.
6. 계속적인 혈압 측정 시 정확한 측정값이 나오지 않습니다. 1분 이상의 간격을 두시고 다시 측정 하십시오.
7. 순환계 질병 중 팔에 관한 질병을 가지고 있다면, 기기를 사용하기 전에 의사와 상담하십시오. 건강에 위험할 수 있습니다.
8. 충분히 혈액이 순환하지 않거나, 불규칙적인 심박수를 가지고 있다면, 기기 사용을 하지 마시고, 의사와 상담한 후에 사용하십시오.
9. 상처 난 팔 주위에 가압대(Cuff)를 사용하지 마시오.
10. 정맥 주사를 맞은 팔 주위에나 혈액 수혈 뒤에 가압대(Cuff)를 사용하지 마십시오. 부상이나 심각한 사고가 날 수 있습니다.
11. 가연성 기체나 마취 기체를 혈압측정기에 사용하지 마십시오. 산소와 반응하거나 공기 중에 점화되어 폭발할 수 있습니다.
12. 기기에 산소의 상태를 고압의 상태로 놓거나 병원용 산소공급튜브를 사용하지 마시오. 산소가 점화되어 폭발할 수 있습니다.
13. 기기 주변에서 휴대 전화를 사용하지 마시오. 오작동 할 수 있습니다.
14. 심장박동 조절장치를 사용하고 계시다면, 기기 사용에 대해 전문의와 상담하십시오.
15. 이 기기는 혈압 측정용으로만 사용하십시오. 다른 목적으로 절대 사용하지 마시오.
16. 허가 받은 부품과 액세서리만 사용하십시오. 허가 받지 않은 부품과 액세서리를 사용할 경우 장치가 손상될 수 있습니다.
17. 유아에게 사용하지 마시오.

- Kor 5 -

사용 및 관리상의 주의사항

18. 부정맥 환자나 심방 혹은 심실 조속증, 심방 섬유증 환자는 혈압측정이 불가능 할 수 있습니다.

지속적으로 주의해야 할 사항.

1. 직사광선이 직접적으로 영향을 주는 곳에 기기를 놓지 마시오. 고온(60℃ 이상)이나 저온(-20℃이하)에서 보관하지 마시오. 상대적으로 높은 습도(95%이상) 혹은 먼지에 놓여있게 하지 마시오.혈압계는 어린이, 애완동물 및/또는 유해동물이 없는 장소에 보관하십시오.
2. 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마시오.
3. 긴 기간 동안 기기를 사용하지 않는다면, 건전지를 빼놓으시오.
4. 기기를 분해하려고 하지 마시오.
5. 가압대(Cuff)를 구부리거나 공기관을 과도하게 구부리지 마시오.
6. 기기가 더럽다면, 축축하고 살균효과가 있는 것으로 닦으시오.
7. 기기를 희석제나 벤젠 혹은 기기에 손상을 줄 수 있는 것을 이용하지 마시오.
8. 가압대(Cuff)를 닦기 위해선 축축한 것을 이용하여 닦으시오. 거친 것으로 문지르지 마시오. 공기가 세어 나갈 수 있습니다. 공기관에 물이 들어가지 않도록 하십시오.



경고

본 장비의 개조는 허용되지 않습니다.

기호 설명

CE 0086 : CE 표시는 EU 회원국의 시장 조사관에게 정보를 제공하는 데 사용됩니다.



: BF형 장착부



: 습기주의



: 경고



: 사용하기 전에 사용설명서 참조



: WEEE 지침 준수 기기



: 별도 수거용 축압기 및 배터리 팩



: 제조업체



경고

본 장치는 EMC의 EN60601-1-2에 따라 테스트 및 승인을 받았습니다. 이는 본 장치가 어떤 식으로든 전자기 간섭의 영향을 받지 않음을 보장하지 않습니다. 전자기기 높은 환경에서는 장치를 사용하지 마십시오.

- Kor 6 -

사용 및 관리상의 주의사항

유지보수의 성격 및 빈도 :

본 제품은 장기간에 걸쳐 사용할 수 있도록 설계되었으나, 올바른 기능과 성능을 보장하기 위해서는 일반적으로 2년마다 검사하는 것이 좋습니다.

자연 환경 보호 :

사용 기간이 다 된 배터리와 제품을 폐기할 때는 국가 및 / 또는 지역의 재활용 규정을 준수하여 자연 환경을 보호해 주십시오 .

WEEE 마크

본 제품을 폐기하려면 일반 가정용 폐기물과 섞지 마십시오 . 유럽 연합 내에서만 유효한 WEEE 지침 (지침 2002/96/EC) 의 규정에 따라 폐전자제품에 적용되는 별도의 수거 시스템이 있습니다 .

사용자를 위한 폐배터리 수거 및 폐기에 대한 정보 .

이 정보 시트의 기호는 다 쓴 배터리를 일반 가정용 폐기물과 섞어서는 안 된다는 것을 나타냅니다 .

다 쓴 배터리를 올바르게 처리 , 회수 및 재활용하려면 해당 수거 지점으로 가져가십시오 .

배터리 수거 및 재활용에 대한 자세한 내용은 현지 지방자치단체 , 폐기물 처리 서비스 업체 또는 제품을 구매한 판매점에 문의하십시오 .

유럽 연합 이외 국가의 폐기 정보 .

이 기호는 유럽 연합에서만 유효합니다 .

다 쓴 배터리를 폐기하려면 현지 지방자치단체 또는 대리점에 올바른 폐기 방법을 문의하십시오 .

배터리 기호 참고사항 .

이 기호는 화학 기호와 함께 사용될 수 있습니다 . 이 경우 관련 화학물을 위한 지침에 규정된 요건을 준수합니다 .

유럽 표준 참조 :

혈압 측정 장치는 EN60601-1, EN1060-1, EN1060-3, EN1060-4 규정에 준거합니다 .

보정 :

이 혈압 측정 장치는 올바른 기능과 정확성을 보장하기 위해 일반적으로 2년마다 모니터를 검사하는 것이 좋습니다 . 대리점에 문의하십시오 .



이름 : CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

주소 : 6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi, Tokyo 188-8511, Japan

유럽 총괄 대리점 :

이름 : WwV elektronische Geräte Vertrieb GmbH

주소 : Fintelmanstraße 20/Eingang, Martin-Heydert-Straße,
D-14109 Berlin, Germany

• 기술 데이터는 유럽 총괄 대리점에 문의하십시오 .

- Kor 7 -





한국어

CE 0086

제품 구성 및 명칭

부품 이름


< 본체 >



한국어

- Kor 8 -

< 컵 >




배터리삽입방법

(혈압계를 사용하기 전에 기기와 함께 제공된 배터리를 배터리 삽입구에 장착해야 합니다.)

1 배터리 삽입 부분 덮개를 여십시오.

혹을 아래로 누른 채 앞으로 당기면서 여십시오.



* 혈압계를 장기간 사용하지 않을 경우 배터리 삽입구에서 배터리를 제거해야 합니다.


환복어

2 배터리 안에 삽입하십시오.

⊕, ⊖ 방향을 맞추어서 넣어 주십시오.

3 배터리 덮개를 닫으십시오.

커버의 돌기를 배터리 삽입구 본체의 홈에 끼우고 후크를 밀어 커버를 닫습니다.



홈에 돌기(돌출부)를 끼웁니다.

배터리교체방법

- 액정화면에 **BT** 표시가 나타나면, 배터리를 4개 모두 교체하십시오.
- 저장되어진 데이터는 배터리 교체 후에 지워집니다. 따라서 배터리를 교체하기 전에 메모리에 저장된 데이터를 적어두는 것이 좋습니다.
- 충전용 배터리는 사용하지 마시오.
- 알카라인(LR6) 배터리와 망간(R6P) 배터리와 함께 사용하지 마시오.
- 배터리의 수명은 명시되어진 것보다 짧을 수 있습니다.
- 환경을 위하여 다 사용된 배터리를 규정에 맞게 처리하십시오.

측정방법

1 가압대 부착

혈압 가압대를 감기 전에 적당한 크기의 가압대를 선택했는지 확인하십시오.


일반 가압대(모델: SCN-003)는 22~32cm의 팔 둘레에 맞습니다.

[옵션]

대형 가압대(모델: SCL-005)는 32~42cm의 팔 둘레에 맞습니다.

- 1 가압대(Cuff)를 그림과 같이 느슨하게 하십시오.

- 2 가압대(Cuff)의 파란색 표시선이 팔의 안쪽에 위치하도록 넣으시오.




- 3 파란색 표시선이 팔의 중앙에 위치하고 가압대의 가장자리가 일반 가압대의 경우 팔꿈치에서 1~2cm 위, 대형 가압대의 경우 2~3cm 위에 오도록 가압대의 위치를 조절합니다.

참고




- * 가능한 맨 살 위에 감아주십시오.
- * 자켓이나 셔츠는 접어 올린 상태에서 측정합니다.


- 4 가압대의 끝부분을 바깥쪽으로 당겨 가압대를 팔 둘레에 맞춘 다음 끝부분을 후크-고리형 고정장치에 고정시킵니다.



- 5 팔 위쪽 부분이 심장 높이와 같도록 팔꿈치를 테이블에 올려 놓으십시오.



* 가압대를 팔에 조심스럽게 끼우고 적당한 힘으로 당겨 올바르게 조이십시오. 가압대와 팔 사이에 손가락 하나를 가볍게 밀어넣을 수 있으면 적절하게 조여진 것입니다.



한국어


- 6 팔의 힘을 빼고 손바닥이 위를 향하도록 손을 가볍게 펴냅니다.

측정방법

② 에어호스가 기기본체에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.

- 그림과 같이 본체의 에어호스 소켓에 에어호스 커넥터를 단단히 끼우십시오.

공기호스 삽입구



공기호스 접촉관

③ 가압대를 심장 높이에 두십시오.

④ START/STOP 버튼을 누르십시오.

* 만약 280mmHg 이상 가압이 올라가거나 비정상적이라고 판단되어 가압을 멈추고자 한다면 START/STOP 버튼을 다시 누르면 가압대(Cuff)의 공기가 빠지면서 작동이 멈춥니다.

① 그림과 같은 화면이 약 1초 동안 깜박거립니다.

- 표시된 모든 숫자는 모니터가 정상적으로 작동하고 있음을 나타내는 초기 표시값입니다. **BT** 표시도 나타나지만 배터리를 교체해야 한다는 의미는 아닙니다.

000 000

② ♥ 는 약 1초 동안 나타납니다.

♥

③ 압력이 자동적으로 증가합니다.

165

- ④ 압력이 충분히 가해지면 화면에 ♥ 표시가 나타나며 측정이 시작됩니다.


* 장치에서 여압이 충분하지 않다고 판단할 경우 자동으로 재가압합니다.

- ⑤ 맥박이 감지될 때마다 ♥ 가 깜박이고 압력값이 이완기 혈압 디스플레이에 표시됩니다.


- ⑥ 측정이 끝나면 수축기 혈압, 확장기 혈압과 맥박수가 번갈아 화면에 나타나고 가압대(Cuff)에 공기가 빠집니다.

* 수축기/이완기 혈압 값(2초)과 맥박(1초)이 번갈아 표시됩니다.

* 측정 결과에 오류가 없다면 자동으로 저장됩니다.



5 측정 종료



START/STOP 버튼


- START/STOP 버튼을 누르셔서 기기를 끄십시오.

* 측정을 중지하고 싶으시다면, START/STOP 버튼을 누르십시오. 가압대(Cuff)의 공기가 빠지면서 측정을 멈추십시오.

측정방법

「수동 여압 방법」

- 만약 당신의 수축기 혈압이 200mmHg 이상 나오게 된다면, 측정하는 동안에 수동 여압을 이용하십시오.
- START/STOP 버튼을 계속 누르셔서 압력이 적당할 정도로 맞추어 주세요. (수축기 혈압을 40mmHg 이상) 앞에서 전술한 상태 정도로 맞추어 주세요. 혈압 최대 측정 단위는 280mmHg입니다.




자동 전원 종료

- 혈압을 측정하신 뒤에 START/STOP 버튼을 누르신 뒤 전원을 끄시오. 하지만 전원을 끄지 않아도 3분 뒤에 자동적으로 전원이 꺼지게 됩니다.

정확한 측정 결과를 얻는 방법


당신의 혈압은 자세에 따라 달라지게 되고, 하루 동안의 시간마다 달라지게 됩니다. 정확하게 측정하기 위해서 정해진 시간에 같은 자세로 혈압을 측정해야 합니다.

■ 앉아 있는 동안 측정



- ① 팔의 앞쪽을 책상 같은 곳에 받혀 놓으십시오.
- ② 당신의 심장 수위와 같은 곳에 받혀 놓으십시오.
- ③ 손의 힘을 빼고 살짝 손을 피세요. 손바닥이 손가락과 마주보게 하십시오.
- ④ 측정하는 동안 몸을 움직이거나 얘기를 하지 마시오.

■ 기대거나 누워 있을 경우의 측정




* 가압대가 눌리지 않도록 몸의 힘을 뺍니다.

- ① 천장을 바라보고 누우세요.
- ② 살짝 손을 펴고, 팔을 펴세요.
- ③ 편안히 안정을 취하세요.
- ④ 측정하는 동안 몸을 움직이거나 얘기하지 마시오.

■ 오른쪽 팔을 측정하실려면

오른쪽 팔을 측정할 경우, 왼쪽 팔보다 10mmHg 정도의 낮은 값을 가지고 있습니다. 한쪽 팔만을 측정하십시오.


저장된 데이터를 불러내는 방법



- 90개의 저장값이 저장될 수 있습니다.
- 장치가 측정을 수행 중인 경우를 제외하고 MEMORY 버튼을 누르면 메모리에 저장된 값(측정 결과)이 디스플레이에 표시됩니다.

* 데이터를 지우기 위해선 건전지를 제거하면, 모든 데이터가 사라집니다.

데이터 불러내기



- MEMORY 버튼을 누르시오.



- 3A와 평균값이 화면에 나타나게 됩니다.(3A와 평균값은 2개나 더 적은 개수로 저장이 되어 있으면 나타나지 않습니다.)3A와 혈압은 교차되어 나옵니다.



- MEMORY 버튼을 한번 더 누르십시오. 가장 최근의 데이터가 화면에 나옵니다.(기억된 데이터 번호와 혈압은 교차로 나옵니다.)

환자용

저장된 데이터를 불러내는 방법

1



120 77



2



130 80

- MEMORY 버튼을 또 다시 누르면, 2번째로 최근의 데이터가 화면에 나오게 됩니다. 매번 버튼을 누를 때 마다, 그 전에 측정된 데이터 값이 나오게 됩니다.

- 데이터 번호가 높을수록 오래된 측정값입니다. 예를 들어, 90개의 측정값을 저장했을 경우 90은 가장 처음, 즉, 가장 오래된 데이터이고, 1은 가장 최근의 데이터입니다.

데이터 번호: 1, 2, 3, 89, 90



최근 데이터



최초 데이터

- * MEMORY 버튼을 계속 누르고 계시면, 데이터 번호가 빠르게 움직입니다.

한국어

화면에 나타나는 표시들



화면 표시		상태/진행	
	측정 화면에 표시됨	나타날 때	측정 시작
		깜빡일 때	맥박 측정
	측정 화면에 표시됨	"Er" 이 나타나게 되면 맥박이 40 이하이거나 181 이상입니다.	

아래의 표시들이 진행될 경우 구체적인 행동방안을 따르고 다시 시도해 보십시오.


화면 표시	상태/진행	행동 방안
 	혈압의 측정값이 정확하지않을 수 있다는 뜻입니다.	가압대(Cuff)를 적절하게 다시 맨 후에 측정을 다시 하십시오.
	혈압이 281mmHg 이상이라는 뜻입니다.	혈압이 자동적으로 내려가지 않으면, START/STOP 버튼을 누르셔서 기기를 고신 뒤에 다시 측정을 하십시오.
	건전지의 수명이 다했다는 뜻입니다.	건전지를 교환하십시오.
	기기 내의 결함입니다.	판매 회사에 문의하십시오.

한국어

혈압에 대해서

혈압이란 ?


심장은 우리 몸의 피를 순환시키는 펌프 역할을 합니다. 피가 심장에서 동맥으로 나가는 과정에서의 규칙적인 압력이 우리가 말하는 혈압입니다. 혈압은 심장에서 혈액을 내보낼 때 발생하는 수축기 혈압과 혈액이 심장으로 돌아올 때 발생하는 이완기 혈압을 포함한 여러 종류의 혈압으로 표시됩니다.



혈압은 항상 바뀝니다.

혈압은 연령, 성별 및 기타 다양한 요인에 따라 달라집니다. 혈압은 하루 동안의 바이올리듬, 자세, 신체 활동, 정신 활동, 스트레스 수준, 심지어 공기 온도에도 영향을 받을 수 있습니다. 건강한 사람의 혈압은 일반적으로 하루 동안 계속 변합니다.

[아래의 차트는 하루 동안의 혈압의 변화를 보여줍니다.]



(혈압값은 하루 동안 5분 간격으로 측정됨)

● Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36:329-44.

- Kor 21 -

한국어

혈압에 관한 질문과 답변

- Q** 왜 집에서 측정한 혈압과 병원에서 측정한 혈압은 다를까요?
- A** 혈압은 보통 심리 상태에 쉽게 영향을 받습니다. 의사나 간호사가 혈압을 잴 경우 걱정이나 불안감 때문에 혈압이 약간 높게 나오는 경우가 있습니다. (평소보다 최고 10~20mmHg가 더 높게 나올 수도 있습니다.) 반면에 집에서는 안정된 상태이기 때문에 정상치 혈압이 나올 확률이 높습니다.
- Q** 왜 모든 혈압 수치는 항상 다를까요?
- A** 우리 몸의 혈압은 자율신경의 기능에 의해 조정 됩니다. 혈압은 시간대, 계절, 온도에 민감하여 특히 정신적 스트레스나 감정의 상태에 따라 쉽게 영향을 받습니다. 따라서 긴장을 하면 혈압이 증가하고 안정되면 감소하게 됩니다.
- Q** 집에서 혈압을 측정하는 의미는?
- A** 집은 안정되고 편한 환경이기 때문에 혈압을 측정하기 좋습니다. 단 한번의 측정치로 건강 상태를 판단하기보다 매일 집에서 같은 시간대에 혈압을 재면서 가족 주치의와 상담하는 것이 좋습니다.



항상 의사에게 혈압 수치에 대한 해석을 문의하고 적절한 치료법을 결정하십시오 .

고장수리 맡기기 전에

수리를 맡기기 전에 미리 확인하십시오.

증상	확인할 점	조치방법
START/STOP 버튼을 눌러도 화면에 아무 표시가 없을 때.	건전지 잔량 확인.	건전지를 새 건전지로 교체하십시오.
	건전지의 $\oplus$ $\ominus$ 극이 제대로 맞추어져 있는지 확인.	건전지를 정해진 극에 맞추어 주시오.
측정값이 안 나올 때	♥ 표시가 나타나는지 확인하십시오.	가압대를 확실히 부착하십시오.
	가압대(Cuff)가 제대로 부착되어 있는지 확인하십시오.	
	측정하는 동안 움직이지 않았는지 확인하십시오.	움직이지 말고 진정한 상태에서 다시 측정하십시오.
	혈압이 지나치게 약하거나 비정상적인 맥박을 가진 경우 측정할 수 없을 수도 있음.	
당신의 혈압이 비정상적으로 높거나 병원에서 측정한 결과보다 낮게 나올 경우.	 22 페이지 참조	
위와 다른 현상	기기에서 건전지를 빼낸 후에 새 건전지로 교체해 보시오.	

한글

SPECIFICATIONS

Model Number:	CH-452, CH-452-AC	
Measurement system:	Oscillometric method	
Measurement Localization	Upper Arm	
Cuff:	Soft cuff	
Arm circumference range:	22.0 to 32.0 cm	
Measurement range:	Pressure	0 to 280 mmHg
	Pulse	40 to 180 pulse/min
Accuracy:	Pressure	±3 mmHg
	Pulse	±5% of reading
LCD displays:	Pressure	3 digits
	Pulse	3 digits
	Icons	♥: Measurement icon,  : Battery icon
Switch:	2 (START/STOP, MEMORY)	
Inflation:	Automatic inflation by internal pump	
Deflation:	Automatic speed deflation system.	
Rated voltage:	6 V DC --- 3 W (--- : direct current)	
Exhaust:	Electromagnetic quick exhaust valve	
Power supply:	4 AA batteries (R6P, LR6)	
Battery duration:	Alkaline	Approx. 1000 times (170 mmHg, once/day, 23°C)
	Manganese	Approx. 300 times
Automatic Power Off function:	Approx. 3 min. (after activated)	
Dimensions:	130 (W) x 53 (H) x 118 (D) mm	
Weight:	Approx. 240 g w/o batteries cuff: approx. 130 g	
Operating conditions:	Temperature	10°C to 40°C
	Humidity	30% to 85% RH
Storage conditions:	Temperature	-20°C to 60°C
	Humidity	10% to 95% RH
Electric shock protection:	Internal power unit	
Degree of Protection	 Type BF applied part	
Mode of operation:	Continuous operation	
Protection against ingress of water:	IPX0	
Service Life:	5 years	
Cuff's Life:	Approx. 2000 times	
Accessories	Set includes a cuff, 4 AA batteries (R6P) for the monitor, Instruction Manual.	
Optional Accessories:	Large Cuff 32.0 – 42.0 cm, AC Adapter for CH-452-AC	

- * Applied part for this device is Cuff.
- * A range in barometric pressure 105 kPa to 70 kPa
- * A range in altitude -300 m to 3000 m
- * Overall system accuracy of this device is met with the requirement of item 7.9 of EN1060-3.
EN1060-3 : Non-invasive sphygmomanometers Part 3 (European Standard)

- Kor 24 -

AC 어댑터 사용방법(선택사항/별도구입물품)

CH-452-AC혈압계 전용 AC 어댑터(model:AC-230CZ)는 선택적으로 사용할 수 있으며, 배터리의 양에 상관없이 사용할 수 있습니다.




경고

CH-452-AC 및 AC-230CZ 는 건조한 실내 장소에서 사용해야 합니다 .

1 혈압계의 삽입구에 AC 어댑터 플러그를 끼웁니다.

AC어댑터 삽입구



2 AC 어댑터를 주 전원 콘센트에 연결합니다.

- AC 어댑터를 장기간 사용하려는 경우 배터리를 제거하십시오. 배터리를 삽입구에 끼워두면 배터리에서 전해액이 누출되어 혈압계가 고장 날 수 있습니다.
- 배터리만 사용하여 혈압계에 전원을 공급할 경우 AC 어댑터의 플러그를 혈압계에서 분리해야 합니다. 혈압계에 AC 어댑터를 꽂아두면 고장이 날 수 있습니다.
- 문제가 발생할 경우 곧바로 안전하게 뽑을 수 있는 위치의 콘센트에 AC어댑터를 연결하십시오.

CH-452-AC 전용 AC 어댑터(모델: AC-230CZ)는 옵션입니다.
AC 어댑터는 CITIZEN 디지털 혈압계를 판매하는 소매점에서 구입할 수 있습니다.

품질보증서

1. 본 제품은 엄정한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우 보증기간 동안은 무상수리를 해드립니다.(품질보증기간:구입일로 부터 1년간)
3. 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 과실 또는 천재지변의 경우는 유상 서비스 해드립니다.
4. 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시해 주십시오.
5. 제품 구매처가 명시되어 있어야 무상 품질보증이 가능합니다.

제 품 명	시티즌혈압계		보증기간
모 델 명	MODEL CH-452		1년
구 매 처		전화:	
판 매 일 자	년 월 일		
구입자 주소			
성 명		전화:	

한글
이름

디아센스
DiaSense

디아센스코리아(주)
www.diasense.co.kr

서울시 강남구 역삼동 669-5(135-915)
고객상담실 : 02-566-9697

본 설명서는 디아센스코리아(주)의 승인 없이 재배포 및 무단복제를 할 수 없습니다.

Copyright © Diasense Korea Co.,Ltd. All rights reserved.

국문표시사항

제 품 명	자동전자혈압계, 2등급		
형 명	CH-452		
수 입 원	디아센스코리아(주) ☎ 02-566-9697		
	서울 강남구 역삼동 669-5 영신빌딩 4층		
제 조 원	Citizen Systems Japan Co., Ltd.		
허 가 번 호	수허11-1079호	전원	DC 6V (4*1.5V AA 배터리)
	“본 기기는 의료기기 임”		
사 용 목 적	오실로메트릭 방식에 의해 체외에서 혈압을 측정하는 기구		
	“본 기기는 의료기기 임”		
중 량	390g (배터리, 커프 포함)	포 장 단 위	1대
제 조 번 호	표시사항참조	제조년월일	표시사항참조
보 호 형 식	B형	성능, 사용방법 및 주의사항 : 사용설명서 참조	

한국어

- CITIZEN is a registered trade mark of Citizen Holdings Co., Japan
CITIZEN es una marca registrada de Citizen Holdings Co., Japón.
CITIZEN является зарегистрированным товарным знаком
CITIZEN Holdings Co., Japan.
CITIZEN es una marca registrada de Citizen Holdings Co., Japón.
CITIZEN은 씨티즌 홀딩스주식회사의 등록상표입니다.
CITIZEN علامة تجارية مسجلة لشركة ، اليابان، Citizen Holdings Co.
- Design and Specification are subject to change without notice.

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-Shi,
Tokyo 188-8511, Japan

E-mail: sales-oe@systems.citizen.co.jp

<http://www.citizen-systems.co.jp/>

- CITIZEN is a registered trade mark of Citizen Holdings Co., Japan
CITIZEN es una marca registrada de Citizen Holdings Co., Japón.
CITIZEN является зарегистрированным товарным знаком
CITIZEN Holdings Co., Japan.
CITIZEN es una marca registrada de Citizen Holdings Co., Japón.
CITIZEN은 씨티즌 홀딩스주식회사의 등록상표입니다.
CITIZEN علامة تجارية مسجلة لشركة Citizen Holdings Co.، اليابان.
- Design and Specification are subject to change without notice.

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-Shi,
Tokyo 188-8511, Japan

E-mail: sales-oe@systems.citizen.co.jp

<http://www.citizen-systems.co.jp/>


استخدام محول تيار متردد (اختياري)

يتيح لك استخدام محول التيار المتردد المخصص الاختياري (الطراز: AC-230CZ) مع جهاز مراقبة ضغط الدم من CITIZEN (CH-452-AC) إمكانية قياس ضغط الدم بدون القلق بشأن مقدار الشحن المتبقي في البطاريات.

تحذير ⚠

يجب استعمال الطراز CH-452-AC و AC-230CZ في أماكن داخلية جافة.

١ أدخل قابس محول التيار المتردد في الفتحة الموجودة بجهاز مراقبة ضغط الدم.



٢ قم بتوصيل محول التيار المتردد في مأخذ تيار كهربى رئيسي.

- إذا كنت تنوي استخدام محول التيار المتردد لفترة طويلة، فقم بإزالة البطاريات. فإذا تُركت البطاريات في الحقيبة، فقد يتسرب الإلكتروليت من البطاريات ويؤدي إلى حدوث عطل بجهاز مراقبة ضغط الدم.
- عند استخدام البطاريات فقط لتزويد جهاز المراقبة بالطاقة، يجب نزع محول التيار المتردد من الجهاز. فقد يؤدي ترك محول التيار المتردد موصلاً بجهاز مراقبة ضغط الدم إلى حدوث عطل.
- قم بتوصيل محول التيار المتردد في المقبس، بحيث يمكنك فصله بسهولة وبشكل سريع وآمن في حال حدوث مشكلة.

يعتبر محول التيار المتردد المخصص (الطراز: AC-230CZ) للجهاز CH-452-AC اختياريًا. محول التيار المتردد متوفر من تجار التجزئة الذين يحتفظون بمخزون من أجهزة مراقبة ضغط الدم الرقمية من CITIZEN.

المواصفات

رقم الطراز:	CH-452-AC ، CH-452
نظام القياس:	طريقة قياس الذبذبات
موضع القياس:	أعلى الذراع
الرباط:	رباط ناعم
نطاق محيط الذراع:	٢٢,٠ إلى ٣٢ سم
نطاق القياس:	٠ إلى ٢٨٠ مم زئبق
الدقة:	٤٠ إلى ١٨٠ نبضة/دقيقة
	٣± مم زئبق
	٥± % من القراءة
	٣ أرقام
شاشة LCD تعرض:	٣ أرقام
	النبض
	الأيقونات
	الأيقونة القياس،  ، الأيقونة البطارية 
المفاتيح:	٢ ("بدء/إيقاف (START/STOP)" و "الذاكرة (M)")
التفخ:	نفخ تلقائي بواسطة مضخة داخلية
تفريغ الهواء:	نظام تفريغ سريع تلقائي.
القوللية المقدرة:	٦ فولت تيار مستمر --- ٣ وات (--- تيار مستمر)
التفريغ:	صمام تفريغ كهرومغناطيسي سريع
مصدر الإمداد بالطاقة:	٤ بطاريات AA (LR6 و R6P)
مدة بقاء البطاريات:	قلوية حوالي ١٠٠٠ مرة حوالي ٣٠٠ مرة حوالي ٢ دقائق (بعد التنشيط)
وظيفة الإيقاف التلقائي:	١٢٠ (عرض) x ٥٣ (ارتفاع) x ١١٨ (عمق) مم
الأبعاد:	١٣٠ (عرض) x ٥٣ (ارتفاع) x ١١٨ (عمق) مم
الوزن:	حوالي ٢٤٠ جم بدون البطاريات الرباط: حوالي ١٣٠ جم
ظروف التشغيل:	درجة الحرارة ٥١٠ إلى ٥٤٠ مئوية
	الرطوبة ٣٠٪ إلى ٨٥٪ من الرطوبة النسبية
ظروف التخزين:	درجة الحرارة ٥٢٠ إلى ٥٦٠ مئوية
	الرطوبة ١٠٪ إلى ٩٥٪ من الرطوبة النسبية
الحماية من الصدمة الكهربائية:	وحدة طاقة داخلية
درجة الحماية:	 الجزء التطبيقي طراز BF
وضع التشغيل:	تشغيل مستمر
الحماية ضد دخول الماء:	IPX0
مدة الخدمة:	٥ سنوات
عمر الرباط:	حوالي ٢٠٠٠ مرة تقريباً
الملحقات:	مجموعة تتضمن الرباط، و ٤ بطاريات AA (R6P) لجهاز المراقبة، ودليل التعليمات
الملحقات الاختيارية:	رباط كبير من ٣٢,٠ إلى ٤٢,٠ سم ومحول التيار المتردد ل CH-452-AC

- * الجزء العملي لهذا الجهاز هو الرباط.
- * يكون النطاق A في الضغط البارومتري من ١٠٥ كيلو باسكال إلى ٧٠ كيلو باسكال
- * يكون النطاق A بارتفاع ٣٠٠ م إلى ٣٠٠٠ م
- * تتوافق دقة النظام الإجمالية لهذا الجهاز مع متطلبات البند ٧.٩ من EN1060-3.
- * EN1060-3: مقاييس ضغط الدم غير الباضعة الجزء ٣ (المقاييس الأوروبية)

العربية

قبل طلب الإصلاح أو الاختبار

تأكد من فحص ما يلي قبل إرسال جهاز مراقبة ضغط الدم للاختبار أو الإصلاح.

المشكلة	الفحوصات	الاستجابة
تظل الشاشة فارغة عندما تضغط على مفتاح "بدء/إيقاف" (START/STOP).	تحقق مما إذا كانت البطاريات فارغة.	استبدل كافة البطاريات بأخرى جديدة.
	تحقق مما إذا كانت البطاريات مركبة في الاتجاهات الصحيحة (⊕ و ⊖ موجهين بصورة صحيحة).	قم بتحميل البطاريات في الاتجاه الصحيح.
لا يمكن أخذ قياسات.	تحقق مما إذا كانت أيقونة القياس ♥ ظاهرة.	قم بتوصيل الرباط بصورة صحيحة.
	تحقق من توصيل الرباط بصورة صحيحة.	
	هل بقيت ثابتاً أثناء القياس؟	قم بقياس ضغط الدم لديك مرة أخرى، وتأكد من البقاء ثابتاً.
لاحظ أنه قد لا يمكن قياس ضغط الدم بالنسبة لشخص ما يعاني من ضعف حاد في النبض أو عدم انتظام ضربات القلب (نبض غير منتظم).		
قراءات ضغط الدم لديك مرتفعة أو منخفضة بشكل غير طبيعي مقارنة بتلك المأخوذة في المستشفى.	✋ انظر صفحة ٢٢.	
ظاهرة أخرى		قم بإزالة البطاريات من الوحدة وتغييرها بأخرى جديدة.

س و ج حول ضغط الدم

س: لماذا يختلف ضغط الدم المُقاس في المنزل عن ضغط الدم المُقاس بواسطة الطبيب في المستشفى؟

ج: قد يختلف ضغط الدم لديك بسبب التمارين أو درجة الحرارة المحيطة أو الحالة الذهنية. فعندما تقوم بقياس ضغط الدم لديك بواسطة طبيب أو ممرضة، ربما تكون قيمة الضغط أعلى بمقدار ١٠ إلى ٢٠ مم زئبق عن الطبيعي نظرًا للقلق و/أو الإجهاد. وتساعدك معرفة ما يؤثر على ضغط الدم في مراقبة صحتك بشكل أفضل.

س: لماذا يختلف ضغط الدم بأخذ القياسات؟

ج: ضغط الدم لدينا مضبوط بوظيفة الأعصاب التلقائية. ويختلف ضغط الدم مع كل ضربة قلب. وربما نعتقد أن ضغط الدم لدينا ثابت، إلا أنه يتغير إذا أخذت قياسات بصفة متكررة. فضغط الدم يتأثر بتوقيت اليوم كالصباح والظهر، والفصول، ودرجة حرارة الجو. وعلاوة على ذلك، يتأثر ضغط الدم بالإجهاد الذهني أو الحالات العاطفية المختلفة بسهولة. فهو يميل للارتفاع عندما تكون متوترًا، ولانخفاض عندما تكون مسترخيًا.

س: ما الفائدة من قياس ضغط الدم لدى في المنزل؟

ج: قياسات ضغط الدم المأخوذة في البيت تعطي بيانات موثوقة، إذ أنها تؤخذ عندما تكون في حالة مستقرة ومسترخية. ويولي الأطباء اهتمامًا كبيرًا لقياسات ضغط الدم المأخوذة في المنزل. وينبغي عليك قياس ضغط الدم لديك في نفس الوقت من كل يوم، وتسجيل الاختلافات في ضغط الدم لديك.



استشر دائمًا طبيبك حول تفسير قراءات ضغط الدم لديك وتحديد العلاج المناسب.




العربية

حول "ضغط الدم"

ما هو ضغط الدم؟


القلب عبارة عن مضخة توزع الدم على الجسم بالكامل. ويتم ضخ الدم من القلب بضغط مستمر إلى الشرايين. هذا الضغط يسمى ضغط الدم الشرياني ويمثل ضغط الدم لديك بصورة عامة. ويُشار إلى ضغط الدم بعدة أنواع من الضغط، بما في ذلك الضغط الانقباضي الذي يحدث عندما يضخ القلب الدم، والضغط الانبساطي الذي يحدث عندما يعود الدم إلى القلب.



يتغير ضغط الدم لديك طوال الوقت.

يختلف ضغط الدم وفقاً لسنك ونوعك وغير ذلك من العوامل. وقد يتأثر بنظامك البيولوجي خلال اليوم وكذلك بوضعية جلوسك، والأنشطة الفيزيائية، والأنشطة العقلية، ومستوى الإجهاد، وحتى بدرجة حرارة الجو. ويتنوع ضغط الدم لدى الشخص الصحيح بصورة عامة خلال اليوم.

[مثال لتنوعات ضغط الدم خلال اليوم]



(قيم ضغط الدم مُقاسة بفواصل زمنية مقدارها خمس دقائق خلال اليوم)

Bevan AT, Honour AJ, Stott FH. Clin Sci 1969;36:329-44.

دليل أيقونات الشاشة



الحالة/السبب		الأيقونة الظاهرة	
مضاعة	جارٍ القياس.	تظهر أثناء القياس.	
تومض	تم اكتشاف نبض.		
تظهر "PUL Err" عندما تكون قيمة النبض أدنى من ٤٠ أو أعلى من ١٨١.		تظهر أثناء القياس.	

إذا ظهرت أي علامة من العلامات التالية، فخذ الإجراء المحدد، ثم كرر العملية.

الإجراء التصحيحي	الحالة/السبب	الأيقونة الظاهرة
استخدم الرباط بصورة سليمة وقم بالقياس مرة أخرى.	• تظهر عندما لا يمكن قياس ضغط الدم بصورة دقيقة.	
إذا لم ينخفض الضغط تلقائيًا أثناء القياس، فاضغط فورًا على مفتاح "بدء/إيقاف (START/STOP)" وقم بإيقاف تشغيل الوحدة. خذ القياس مرة أخرى.	الضغط يساوي ٢٨١ مم زئبق أو أعلى.	
استبدل البطاريات.	يظهر عندما تكون البطاريات منخفضة.	
اتصل بالبالغ.	تم اكتشاف مشكلة في الجهاز.	

العربية

استعادة البيانات المخزنة في الذاكرة

1

120 77

2

130 80

- اضغط على مفتاح "الذاكرة (M)" مرة أخرى. يؤدي هذا إلى استدعاء وعرض ثاني آخر مجموعة من البيانات المخزنة. في كل تقوم بالضغط على هذا المفتاح، تعرض الشاشة البيانات قبل آخر مجموعة بيانات معروضة.

- القيمة المخزنة في الذاكرة مرقمة بترتيب القياسات. على سبيل المثال، عند تخزين ٩٠ مجموعة من البيانات في الذاكرة، فإن البيانات رقم ١ تمثل أحدث بيانات.

رقم البيانات: ١, ٢, ٣, ... ٨٩, ٩٠


↑
أقدم بيانات

↑
أحدث
بيانات

- * يمكن تقديم أرقام البيانات بسرعة في الشاشة بالضغط مع الاستمرار على مفتاح "الذاكرة (M)".


استعادة البيانات المخزنة في الذاكرة

- يمكن تخزين ٩٠ نتيجة قياس في الذاكرة.
- اضغط على مفتاح "الذاكرة (M)" لاستدعاء القيم المخزنة في الذاكرة (نتائج القياس) والمراد عرضها، إلا إذا كانت الوحدة تقوم بالقياس.
- * لمسح كافة البيانات، قم بإزالة البطاريات. سيتم مسح كافة البيانات المخزنة.



كيفية استعادة البيانات

- اضغط على مفتاح "الذاكرة (M)".



- يظهر الرمز "3A" الذي يشير إلى القيمة المتوسطة على الجزء الأيسر من الشاشة. ثم تظهر القيمة المتوسطة، بناءً على آخر ثلاث قياسات. (لا يظهر "3A" والقيمة المتوسطة في حالة وجود قراءتين أو أقل في الذاكرة).



- اضغط على مفتاح "الذاكرة (M)" مرة أخرى. يؤدي هذا إلى استدعاء رقم الذاكرة وعرضه أولاً ثم استدعاء وعرض آخر مجموعة من البيانات المخزنة.




نصائح للحصول على قياسات دقيقة

يختلف ضغط الدم لديك وفقاً لوضعية جلوسك وتوقيت القياس وغير ذلك من العوامل. وبشكل مثالي، ينبغي عليك قياس ضغط الدم لديك بنفس وضعية الجلوس وفي نفس التوقيت من كل يوم.


■ أخذ القياس أثناء الجلوس

- ① ضع ذراعك على طاولة أو سطح مشابه مع بسط ساعدك.
- ② من المهم أن يكون الرباط على مستوى واحد مع قلبك.
- ③ افتح يدك برفق على الطاولة بحيث تكون راحة يدك موجهة لأعلى وأصابعك مرتخية.
- ④ لا تحرك جسمك ولا تتحدث أثناء أخذ القياس.



■ القياس في وضعية الاستلقاء

* استرخ لتجنب وضع ضغط على الرباط.




- ① استلق مواجهاً السقف.
- ② افتح يدك برفق بحيث تكون راحة يدك موجهة لأعلى وذراعك مستقيماً.
- ③ قم بإرخاء جسمك وذراعك وأصابعك.
- ④ لا تحرك جسمك ولا تتحدث أثناء القياس.

■ يمكنك استخدام ذراعك الأيمن لقياس ضغط الدم لديك.

ربما تختلف قيمة ضغط الدم بنسبة ١٠ مم زئبق تقريباً عند قياسه على الذراع الأيمن بدلاً من الأيسر (أو العكس). قم بقياس ضغط الدم لديك على نفس الذراع من كل يوم.

[الضغط اليدوي]

- إذا كان من المتوقع أن يتجاوز ضغط الدم الانقباضي لديك ٢٠٠ مم زئبق، فاستخدم الضغط اليدوي عند أخذ القياس.
- استمر في الضغط على مفتاح "بدء/إيقاف (START/STOP)" إلى أن يتم الوصول إلى قيمة الضغط التي تريد التوقف عندها (أعلى من ضغط الدم الانقباضي بمقدار ٤٠ مم زئبق تقريباً). يمكنك إيقاف الضغط من خلال الوحدة، وذلك بتحرير المفتاح بعد الوصول إلى القيمة المذكورة آنفاً. حد الضغط الأعلى هو ٢٨٠ مم زئبق.



ميزة الإيقاف التلقائي

- بعد أخذ قياسات ضغط الدم، سيؤدي الضغط على مفتاح "بدء/إيقاف (START/STOP)" إلى إيقاف تشغيل جهاز المراقبة. ومع ذلك، إذا لم تقم بالضغط على المفتاح، فستؤدي ميزة الإيقاف التلقائي بجهاز المراقبة إلى إيقاف تشغيله بعد ٣ دقائق.

قياس ضغط الدم لديك

155°

④ ♥ يظهر بعد اكتمال الضغط بقليل، ويبدأ القياس تلقائيًا.

* إذا كان الضغط بالوحدة غير كافٍ، فتقوم بإعادة الضغط تلقائيًا.

135

⑤ ♥ يومض في كل مرة يتم فيها اكتشاف نبض، وتظهر قيم الضغط على شاشة ضغط الدم الانبساطي.

125 79

⑥ ما أن يكتمل القياس، يتم تفريغ هواء الرباط وتظهر نتائج القياس (قيم ضغط الدم الانبساطي/الانقباضي، والنبض).

* تظهر ضغط الدم الانبساطي/الانقباضي (لمدة ثانيين)، والنبض (لمدة ثانية واحدة) بالتناوب.


* ويتم تخزينها تلقائيًا، بشرط عدم وجود خطأ في نتائج القياس.

PUL 67


إنهاء القياس.

• اضغط على مفتاح "بدء/إيقاف (START/STOP)" لإيقاف تشغيل جهاز المراقبة.

* عندما ترغب في إيقاف القياس، اضغط على مفتاح "بدء/إيقاف (START/STOP)". عندها يتم تفريغ هواء الرباط وإيقاف القياس.



مفتاح "بدء/إيقاف (START/STOP)"



٢ قم بتوصيل موصل خرطوم الهواء في الوحدة الرئيسية.

- قم بتوصيل موصل خرطوم الهواء بشكل مُحكم، في فتحة خرطوم الهواء بالوحدة الرئيسية، كما هو موضح بالشكل.

٣ ضع الرباط على نفس مستوى ارتفاع القلب.

٤ اضغط على مفتاح "بدء/إيقاف (START/STOP)" (المفتاح الأزرق).

- * إذا تجاوزت قيمة الضغط ٢٨٠ مم زئبق، أو شعرت أن الضغط غير طبيعي، أو كنت تريد إيقاف عملية القياس، فاضغط على مفتاح "بدء/إيقاف (START/STOP)" مرة أخرى. يتم تفريغ هواء الرباط وإيقاف تشغيل الجهاز.



- ١ تومض كافة الأرقام الموجود على الشاشة لمدة ثانية واحدة تقريبًا.

- كافة الأرقام الظاهرة عبارة عن عرض مبدئي، وهي تشير إلى أن جهاز المراقبة يعمل بشكل طبيعي. يتم أيضًا عرض العلامة **BP** ولكن لا يشير ذلك إلى ضرورة استبدال البطارية.

- ٢ ♥ * يظهر لمدة ثانية واحدة تقريبًا.




- ٣ يتم ضغط الرباط تلقائيًا.





قياس ضغط الدم لديك

٤ اسحب طرف الرباط للخارج بحيث يكون الرباط ملفوفاً بشكل مريح حول ذراعك ثم قم بإحكام قفل الطرف بالشريط اللاصق.



٥ ضع ذراعك على طاولة أو ما شيناً مشابهاً بحيث يكون ارتفاع مركز ذراعك مساوياً لمستوى قلبك.

* ضع الرباط على ذراعك بعناية، مع مراعاة استخدام أسلوب التثبيت الصحيح. ويتحقق أسلوب التثبيت الصحيح إذا تمكنت من إدخال أصبع واحد بين الرباط وذراعك بسهولة.



٦ اجعل ذراعك مرتخياً وافتح يدك برفق، مع مراعاة أن تكون راحة اليد لأعلى.


قياس ضغط الدم لديك

١ توصيل الرباط

تأكد من اختيار حجم الرباط المناسب، قبل قيامك بوضع رباط قياس ضغط الدم الخاص بك:
الرباط (الطرّاز: SCN-003) مناسب للذراع الذي محيطه: ٢٢ إلى ٣٢ سم
[اختياري]
الرباط الكبير (الطرّاز: SCL-005) مناسب للذراع الذي محيطه: ٣٢ إلى ٤٢ سم




- ١ قم بلف الرباط وإدخال طرفه في الطوق المعدني بحيث يكون الجانب المزود بالشريط اللاصق نحو الخارج.
- ٢ ضع الرباط حول ذراعك بحيث تتجه العلامة الزرقاء نحو راحة اليد.




- ٣ اضبط موضع الرباط بحيث تكون العلامة الزرقاء في منتصف ذراعك وحيث تكون حافة الرباط فوق مرفقك بمقدار ١ إلى ٢ سم للرباط/ وبمقدار ٢ إلى ٣ سم للرباط الكبير.

- * يجب وضع الرباط على ذراع عارٍ أو فوق ملابس داخلية خفيفة الوزن.
- * إذا كنت ترتدي قفازة ثقيلة، فيرجى نزعها.



العربية

٣ أغلق غطاء البطارية.



قم بتثبيت أطراف التوصيل
(النتوءات) في أماكن تركيبها.

اضغط على مفتاح التأمين، مع تثبيت أطراف
التوصيل في أماكن تركيبها بجسم حجرة
البطارية، لغلق الغطاء.

إزالة البطاريات


- عندما تظهر الأيقونة **BT** أو لا يظهر شيء على الشاشة، استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. يجب تغيير الأربع بطاريات معاً في الحال.
- إذا تمت إزالة البطاريات لاستبدالها، يتم محو الذاكرة. ولذا يوصى بالانتباه إلى البيانات المخزنة في الذاكرة قبل تغيير البطاريات.
- لا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن.
- لا تستخدم بطاريات قلبية (LR6) وبطاريات منجنيز (R6P) معاً.
- البطاريات المضمنة لأغراض توضيحية فقط. قد يكون العمر الافتراضي للبطارية أقل من المحدد.
- عند التخلص من البطاريات، التزم باللوائح الحكومية أو قواعد المؤسسات العامة البيئية السارية في بلدك/منطقتك.

تحميل البطاريات

(يجب تحميل البطاريات المرفقة مع الوحدة في حجبرتها قبل استخدام جهاز مراقبة ضغط الدم).

١ افتح غطاء حجيرة البطاريات.


بالضغط على مفتاح التأمين لأسفل، اسحب الغطاء نحوك لفتحه.



٢ ضع البطاريات في الحجيرة.

ضع البطاريات مع الأخذ في الاعتبار رمزي القطبين الموجب والسالب ⊕ و ⊖.



<الرباط>



تعريف الأجزاء

أسماء المكونات

<الوحدة الرئيسية>



- العربية ٨ -

العربية

احتياطات الاستخدام والصيانة

طبيعة الصيانة وتكرارها:

هذا المنتج مُصمم للاستخدام لفترة طويلة من الوقت؛ ورغم ذلك، يوصى عمومًا بفحصه كل عامين لضمان التشغيل والأداء السليمين.

حماية البيئة الطبيعية:

يرجى المساعدة في حماية البيئة الطبيعية باتباع لوائح إعادة التدوير الوطنية و/أو المحلية عند التخلص من البطارية والمنتج في نهاية عمر استخدامه.

علامة WEEE

إذا أردت التخلص من هذا المنتج، فلا تخلطه بالفضلات المنزلية العامة. إذ توجد أنظمة تجميع منفصلة للمنتجات الإلكترونية المستعملة وفقًا لقوانين بموجب توجيهات نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (التوجيهات 2002/96/EC) وهي سارية داخل الاتحاد الأوروبي فقط.



معلومات للمستخدمين حول تجميع البطاريات المستعملة والتخلص منها.

الرمز الوارد في ورقة المعلومات هذه يعني أنه يجب عدم خلط البطاريات المستعملة بالفضلات المنزلية العامة. ومن أجل معالجة واستعادة وإعادة تدوير أفضل للبطاريات المستعملة، يرجى أخذها لنقاط التجميع الملائمة. لمزيد من المعلومات حول تجميع البطاريات وإعادة تدويرها، يرجى الاتصال بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص من النفايات لديك، أو نقطة البيع التي اشتريتها منها السلع.



معلومات حول التخلص في الدول الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي.

هذا الرمز صالح للاتحاد الأوروبي فقط. إذا كنت ترغب في التخلص من البطاريات المستعملة، فيرجى الاتصال بالسلطات المحلية لديك أو الموزع الخاص بك والسؤال عن الطريقة الصحيحة للتخلص منها.

ملاحظة حول رمز البطارية.

قد يُستخدم الرمز بالاشتراك مع رمز كيميائي. وفي هذه الحالة، فهو متوافق مع المتطلبات المحددة بواسطة التوجيهات الخاصة بالمادة الكيميائية الموجودة.

المعيار الأوروبي المرجعي:

EN60601-1-2:2007

المعايير المرجعية الأوروبية:

EN10601-1، EN10601-2، EN10601-3، EN10601-4

المعايرة:

يوصى، بصفة عامة، بفحص جهاز المراقبة الخاص بقياس ضغط الدم كل عامين لضمان التشغيل الصحيح والدقة السليمة. يرجى الاتصال بالموزع.



CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.
6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi,
Tokyo 188-8511, Japan

الاسم:
العنوان:

المندوب بالاتحاد الأوروبي:

WwW elektronische Geräte Vertrieb GmbH
Fintelmannstraße 20/Eingang, Martin-Heydert-Straße,
D-14109 Berlin, Germany
• للحصول على البيانات الفنية، يرجى الاتصال بمندوبنا بالاتحاد الأوروبي

الاسم:
العنوان:

CE 0086

العربية

احتياطات الاستخدام والصيانة

١٧. لا تستخدم هذه الوحدة على الرضع.

١٨. قد لا يمكن قياس ضغط الدم لأي شخص يعاني من حالات شائعة لضربات القلب غير المنتظمة مثل الضربات الأذينية أو البطينية السابقة لأنها أو الرجفان الأذيني.

احتياطات الصيانة

١. لا تقم بتخزين جهاز مراقبة ضغط الدم في مواقع معرضة لضوء الشمس المباشر، أو درجات الحرارة المرتفعة (أعلى من ٦٠° مئوية)، أو درجات الحرارة المنخفضة (أقل من ٢٠° مئوية)، أو الرطوبة النسبية العالية (أعلى من ٩٥٪)، أو كميات الغبار الزائدة.
٢. تأكد من تخزين جهاز مراقبة ضغط الدم في مكان لا يتواجد فيه أطفال أو حيوانات أليفة أو حشرات ضارة.
٣. لا تُسقط جهاز مراقبة ضغط الدم أو تُعرضه لاهتزازات أو صدمات أخرى.
٤. قم بإزالة البطاريات إذا تركت الجهاز غير مُستخدم لفترة طويلة.
٥. لا تحاول فك الجهاز.
٦. لا تقم بتثبي الرباط أو خرطوم الهواء بصورة زائدة عن الحد.
٧. إذا كان الجهاز متسخًا للغاية، فامسحه بقطعة قماش مبللة بكحول معقم أو منظف متعادل. ثم امسحه بقطعة قماش جافة.
٨. لا تقم أبدًا بتنظيف جهاز مراقبة ضغط الدم باستخدام نثر أو بنزين، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز.
٩. لتنظيف الرباط، امسحه بقطعة قماش مبللة. تجنب الحك الخشن، فسوف يؤدي هذا إلى تسرب الهواء. واحذر كذلك من دخول الماء إلى خرطوم الهواء.



لا يسمح بتعديل هذه المعدات.

شرح الرموز

CE 0086 : تهدف العلامة CE إلى توفير المعلومات لمقتشي السوق في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

: جهاز من النوع BF

: أبقيه جافًا

: تحذير

: ارجع إلى دليل التعليمات قبل الاستخدام

: توجيهات نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية المتعلقة بامتثال الأجهزة

: المركبات وحزم البطاريات للتجميع المنفصل

: جهة التصنيع



تم اختبار الجهاز واعتماده وفقًا لمعيار EN60601-1-2 الخاص بالتوافق الكهرومغناطيسي. ولا يضمن هذا، بأي شكل من الأشكال، عدم تأثير الجهاز بالتداخل الكهرومغناطيسي. ولذا، تجنب استخدام الجهاز في البيئات ذات الكهرومغناطيسية المرتفعة.

العربية


احتياطات الاستخدام والصيانة ⚠

احتياطات الاستخدام

١. إذا كنت تعاني من مرض بالقلب أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض آخر متعلق بالدورة الدموية، فاستشر طبيبك قبل استخدام جهاز المراقبة.
٢. إذا شعرت أن ضغط الرباط غير طبيعي أو واجهت أي أمر غير عادي أثناء استخدام الرباط، فقلل الضغط فوراً بالضغط على مفتاح "بده/إيقاف (START/STOP)"، أو فصل الرباط، أو نزع موصل خرطوم الهواء من جهاز المراقبة ثم استشارة منفذ البيع الذي اشتريت منه الجهاز.
٣. إذا رأيت أن القياس غير طبيعي أو يجعلك تشعر بأنك مريض، فتوقف عن استخدام الجهاز واستشر طبيبك.
٤. قد لا يمكن قياس ضغط الدم لأي شخص يعاني من ضعف في النبض أو عدم انتظام ضربات القلب.
٥. قد يؤدي القياس المتكرر لضغط الدم إلى مشكلات مثل الاحتقان أو التورم عند بعض الأشخاص.
٦. لن تعطي القياسات المتكررة بصورة مستمرة لضغط الدم نتائج دقيقة. ولذا، عليك أن تسمح بفواصل زمنية مدته حوالي دقيقة بين كل عملية قياس.
٧. إذا كنت تعاني من مشكلة حادة في الدورة الدموية في ذراعيك، فاستشر طبيبك قبل استخدام الجهاز. فقد يكون عدم القيام بذلك خطراً على صحتك.
٨. قد لا يمكن القياس لأي شخص يعاني من ضعف ضخ الدم إلى المنطقة التي سيتم فيها القياس أو شخص يعاني من ضربات قلب غير منتظمة بصورة دائمة. استشر طبيبك واطلب نصيحته حول استخدام الجهاز من عدمه.
٩. لا تقم بلف الرباط حول ذراع مجروح.
١٠. لا تقم بلف الرباط حول معصم به محقق أو ورده، أو ذراع مستخدم في نقل الدم كجزء من علاج طبي. فيمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى الإصابة أو إلى حادث خطير.
١١. لا تستخدم الجهاز بالقرب من الغازات القابلة للاشتعال مثل الغازات المستخدمة في التدخين. فيمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى إشعال الغازات والتسبب في وقوع انفجار.
١٢. لا تستخدم الجهاز في بيئات غنية بالأوكسجين مثل غرفة الضغط العالي أو خيمة الأوكسجين بالمستشفيات. فيمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى إشعال الأوكسجين والتسبب في نشوب حريق.
١٣. لا تستخدم الأجهزة المحمولة بالقرب من الجهاز، فقد يؤدي هذا إلى تعطيل الجهاز.
١٤. إذا كنت تستخدم مُنظماً قليباً، فاستشر طبيبك قبل استخدام جهاز المراقبة.
١٥. تأكد من استخدام هذه الوحدة لقياس ضغط الدم فقط. ولا تستخدمها لأي غرض آخر.
١٦. تأكد من استخدام الأجزاء والملحقات المخصصة فقط. فقد تؤدي الأجزاء والملحقات غير المخصص باستخدامها مع الجهاز إلى تلف الوحدة.

ملاحظات عامة

٩. لا يتم بقياس ضغط الدم لديك عندما يكون الرباط ملفوفاً على ذراعك منذ بضع دقائق أو أكثر. فخلال ذلك الوقت، سيعمل ذراعك على رفع ضغط الدم ولن تحصل على قراءة صحيحة.
١٠. الشكل التالي يوضح تصنيفات ضغط الدم وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.



تعريفات وتصنيفات مستويات ضغط الدم

١١. الغرض من الاستخدام
 - هذا الجهاز هو غير باضع ومخصص لمراقبة ضغط الدم بواسطة طريقة قياس الذنبذات. يمكن لهذا الجهاز قياس ضغط الدم الانقباضي (SYS)، وضغط الدم الانبساطي (DIA)، ومعدل النبض تلقائياً.
 - تم تصميم هذا الجهاز لاستخدامه لفحص الحالة الصحية الشخصية في المنزل تحت إشراف طبيب ولم يتم تصميمه ليكون جهازاً تشخيصياً.
 - لم يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام مع الأطفال حديثي الولادة أو الرضع، ولم يتم تصميمه لقياس الدوران التلقائي.

قم بقياس ضغط الدم لديك في نفس التوقيت من كل يوم.

* يتغير ضغط الدم لديك طوال الوقت. ويعني هذا أن البيانات التي يتم تجميعها على مدى فترة طويلة لها أهمية أكبر من البيانات الناتجة من قياس واحد. ولهذا، يجب عليك قياس ضغط الدم لديك بشكل يومي. وبشكل مثالي، ينبغي عليك قياس ضغط الدم لديك في نفس التوقيت من كل يوم، حيثما أمكن.

ملاحظات عامة

ملاحظات عامة حول ضغط الدم وقياسه

١. لتفريغ هواء الرباط بسرعة، اضغط على مفتاح "بدء/إيقاف" (START/STOP).
٢. تأكد من اختيار حجم الرباط المناسب، قبل قيامك بوضع رباط قياس ضغط الدم الخاص بك:
الرباط (الطراز: SCN-003) مناسب للذراع الذي محيطه: ٢٢ إلى ٣٢ سم [اختياري]
- الرباط الكبير (الطراز: SCL-005) مناسب للذراع الذي محيطه: ٣٢ إلى ٤٢ سم
٣. عند توصيل الرباط، اضبط موضع الرباط بحيث تكون العلامة الزرقاء في منتصف ذراعك وحيث تكون حافة الرباط فوق مرفقك بمقدار ١ إلى ٢ سم للرباط/وبمقدار ٢ إلى ٣ سم للرباط الكبير.
٤. الجهاز غير مصمم بحيث يكون جهازاً تشخيصياً، بل هو مصمم للاستخدام المنزلي فقط.
٥. القياس الذاتي ليس علاجاً! وإذا ينبغي عليك عدم تغيير الدواء الموصوف لك من الطبيب في أي حال من الأحوال.
٦. كتحضير لقياس ضغط الدم لديك، يجب عليك أن تتبول ثم تظل ثابتاً نسبياً لمدة ١٠ إلى ١٥ دقيقة قبل القياس.
٧. فالتمارين والأكل والشرب والتدخين وما إلى ذلك قبل القياس قد يؤثر على النتائج.
٨. يختلف ضغط الدم لديك باستمرار طوال اليوم. ولذا، يجب أخذ القياسات بصورة منتظمة كل يوم في نفس التوقيت.
٩. لا تضع تركيزك كله على نتائج قياس واحد. بل استمر في تسجيل النتائج المتنوعة لضغط الدم لديك. إذ يمكنك الحصول على صورة كاملة من خلال عدد كبير من القراءات.
١٠. يؤدي الإجهاد العاطفي إلى رفع ضغط الدم.

للحصول على قياسات ضغط دم صحيحة

١. خذ خمسة أو ستة أنفاس عميقة ثم استرخ قبل قياس ضغط الدم لديك. إذا كنت متوتراً عند أخذ القياس، فلن تحصل على قراءة صحيحة.
٢. سيرتفع ضغط الدم لديك إذا كنت قلقاً أو منزعجاً، أو كنت تعاني من قلة النوم أو الإمساك، أو إذا كنت قد أجريت بعض التمارين أو تناولت وجبة.
٣. قم بلف رباط المعصم حول ذراعك وإحكامه بحيث يمكن إدخال أصبع واحد بين الرباط والذراع. (انظر صفحة ١٢ و١٣)
٤. لا تقم بقياس ضغط الدم لديك بعد الاستحمام أو الشرب.
٥. إذا شعرت أنك بحاجة للتبول، فقم بذلك قبل قياس ضغط الدم لديك.
٦. قم بقياس ضغط الدم لديك عندما تكون درجة حرارة الغرفة حوالي ٢٠° مئوية. ولا تقم بقياس ضغط الدم لديك عندما تكون درجة حرارة الغرفة باردة للغاية (أدنى من ١٠° مئوية) أو ساخنة للغاية (أعلى من ٤٠° مئوية).
٧. لا تحاول قياس ضغط الدم لديك بعد شرب القهوة أو الشاي أو بعد التدخين مباشرة.
٨. قم بقياس ضغط الدم لديك عندما تكون مسترخياً وثابتاً. أبقِ مركز الرباط في مستوى القلب ولا تحرك ذراعك ولا تتحدث.

المحتويات

- ٣ - ملاحظات عامة
- ٥ - احتياطات الاستخدام والصيانة
- ٨ - تعريف الأجزاء
- ١٠ - تحميل البطاريات
- ١١ - إزالة البطاريات
- ١٢ - قياس ضغط الدم لديك
- ١٧ - نصائح للحصول على قياسات دقيقة
- ١٨ - استعادة البيانات المخزنة في الذاكرة
- ٢٠ - دليل أيقونات الشاشة
- ٢١ - حول "ضغط الدم"
- ٢٢ - س و ج حول ضغط الدم
- ٢٣ - قبل طلب الإصلاح أو الاختبار
- ٢٤ - المواصفات
- ٢٥ - استخدام محول تيار متردد (اختياري)

تأكد من أن لديك كافة المكونات التالية



دليل التعليمات



(خاصة بجهاز
المراقبة)
٤
بطاريات AA



الرباط
(الطراز :
SCN-003)



وحدة جهاز مراقبة
ضغط الدم

[اختياري]


- الرباط الكبير (الطراز: SCL-005) ل CH-452, CH-452-AC
- محول التيار المتردد (الطراز: AC-230CZ) فقط ل CH-452-AC

- العربية ٢ -

العربية

دليل تعليمات
جهاز
مراقبة ضغط الدم الرقمي

REF **CH-452**
CH-452-AC



العربية

١٤٠١